de deutsch

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bitte lesen und beachten Sie die **Gebrauchsanweisung** sorgfältig durch und wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an den behandelnden Arzt oder an Ihr Fachgeschäft bzw. an unseren Kunden-Service Tel. 0800 0 01 05 30 (kostenfrei innerhalb von Deutschland) oder info@bauerfeind.com.

Zweckbestimmung

Die ErgoPad run & walk ist ein Medizinprodukt für die Füße. Es handelt sich um eine stützende Einlage zur Erhöhung des Tragekomforts im Sportschuh und zur Stabilisierung der Rückfußbewegung bei sporttlicher Aktivität. Geeignet für: Laufen, Wandern, Walking

Indikationen

Die Einlage ErgoPad run & walk kann zur Prävention und zur begleitenden Therapie sportspezifischer Überlastungsbeschwerden verwendet werden:
- unspezifische Überlastungsbeschwerden am Fuß
- Fersenschmerzen
- Achillessehnenbeschwerden
- Schienbeinbeschwerden
- Kniebeschwerden

Ein weiterer Einsatzbereich ist die Prävention und begleitende Therapie von Beschwerden beim Sport mit den Fußausprägungen:
- leichter bis ausgeprägter Senk-Spreizfuß oder
- leichter Hohlfuß

Anwendungsrisiken

⚠ Vorsicht: Vor Anwendung / Benutzung einer Einlage ist ein Arzt oder Fachpersonal[1] aufzusuchen.
Reicht das zur Verfügung stehende Innenvolumen des Schuhwerks nicht für den Fuß und die gewählte Einlage aus oder werden Einlagen in Schuhen inkorrekter Länge und Weite (bzw. mit fehlender seitlicher Führung bei offenen Schuhtypen) getragen, sind Passformprobleme (Enge- und Druckgefühl, Reibung) nicht auszuschließen.
Stehen die Füße auf Einlagenkanten, kann es zur Blasen- oder Hornhautbildung an den Fußsohlen kommen. Gleiches ist zu erwarten, wenn Bezug und / oder Polstermaterial infolge von mechanischer Überlastung löchrig oder faltig werden bzw. brechen. Derartig beschädigte Einlagen dürfen nicht mehr getragen werden!

Kontraindikationen

Diabetiker und Menschen mit rheumatoiden Fußdeformitäten müssen sich vor Gebrauch dieses Produkts medizinisch beraten lassen, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten.

Anwendungshinweise

Einlagentaugliche Schuhe müssen ein ausreichendes Innenvolumen sowohl für den Fuß, als auch für die gewählte Einlage aufweisen (ausreichende Schuhlänge / -weite, ggf. herausnehmbare, ausreichend dicke Polstersohle, seitliche Führung der Einlagen bei offenen Schuhtypen). Eine unkomfortable, den Fuß einengende Passform ist unbedingt zu vermeiden. a
Weiterhin ist bei der Versorgung mit stabilen Laufschuhen eine Beurteilung durch Fachpersonal[1] notwendig, um eine mögliche »Überkorrektur« zu vermeiden.
Bei der Größenauswahl von Einlagen dienen die Packungshinweise lediglich zur Orientierung. Wie korrekt passende Schuhe müssen Einlagen ggü. dem stehenden, belasteten Fuß mindestens 1 cm länger sein. Bitte kontrollieren Sie die Längenzugabe bei beiden Füßen, da Längenunterschiede vorkommen können. Im Zweifelsfall gibt der längere Fuß die Größe vor. b
Die Einlage muss gerade im Schuh liegen und eine möglichst große Kontaktfläche zur Schuhbrandsohle aufweisen. Fußseitig ist der seitliche Kontakt der Einlage zum Schuhschaft sinnvoll, um das Risiko von Druckstellen und Blasenbildung für die Haut der Fußsohle zu beschränken. c
Einlagen sind immer paarig zu tragen! Ausnahmen müssen durch den behandelnden Arzt festgelegt werden.
Das Produkt ist zur Individualversorgung eines Patienten oder einer Patientin vorgesehen.
Bitte kontrollieren Sie Ihre Füße regelmäßig auf eventuelle Druckstellen, Rötungen und sonstige (durch die Einlage verursachte) Veränderungen. Nehmen Beschwerden bzw. Veränderungen zu, stellen Sie die Nutzung der Einlage ein und wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal[1] oder an Ihren behandelnden Arzt.
Eingewöhnungsphase: Wie bei vielen medizinischen Hilfsmitteln kann es sein, dass sich die ErgoPad run & walk beim ersten Tragen etwas ungewohnt anfühlt. Daher empfehlen wir, dass Sie mit einer Tragezeit von ca. einer Stunde beginnen und die Dauer langsam steigern, bis die Einlage bequem zu tragen ist. Die Eingewöhnung darf nicht wesentlich länger als eine Woche dauern. Wenn Sie danach immer noch ein unangenehmes Tragegefühl empfinden, wenden Sie sich an das Fachpersonal[1].
Nach einer Tragedauer von ca. einem halben Jahr müssen die Einlagen von Fachpersonal[1] auf ihre Funktionalität hin überprüft werden.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie die ErgoPad run & walk bei 30° C von Hand mit Seife und lauwarmem Wasser. Lassen Sie die Einlagen an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine äußerlichen Wärmequellen (z. B. Heizung, Haartrockner oder direktes Sonnenlicht). Die Einlagen sind nicht waschmaschinentauglich.
Milde, für die menschliche Haut geeignete, Desinfektionsmittel können sparsam dosiert eingesetzt (aufgesprüht) werden. Verfärbungen von Bezugsmaterialien sind dabei nicht auszuschließen.

Einsatzort

Die Einlagen müssen mit bestrumpftem Fuß in geeignetem Schuhwerk getragen werden.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individualversorgung eines Patienten oder einer Patientin vorgesehen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Soweit relevant, gelten länderspezifische Gewährleistungsregeln zwischen Händler und Erwerber. Wird ein Gewährleistungsfall vermutet, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen, von dem Sie das Produkt bezogen haben.
Bitte nehmen Sie am Produkt selbstständig keine Veränderungen vor. Dies gilt insbesondere für vom Fachpersonal[1] vorgenommene individuelle Anpassungen. Befolgen Sie bitte unsere Gebrauchs- und Pflegehinweise. Diese basieren auf unseren langjährigen Erfahrungen und stellen die Funktionen unserer medizinisch wirksamen Produkte für lange Zeit sicher. Denn nur optimal funktionierende Hilfsmittel unterstützen Sie. Außerdem kann die Nichtbeachtung der Hinweise die Gewährleistung einschränken.
Verfärbungen, insbesondere das Ausbleichen von Einlagenbezügen, sind während der Nutzungsdauer der Einlagen möglich und von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Feuchtigkeitsgehalt und Strumpfmaterial, abhängig. Sie stellen keinen Grund zur Gewährleistung dar.

Haftungshinweise

Nehmen Sie keine Selbstdiagnosen oder Selbstmedikation vor, es sei denn Sie gehören zum Fachpersonal[1]. Suchen Sie vor dem ersten Einsatz unseres Medizinproduktes dringend aktiv den Rat eines Arztes oder des Fachpersonals[1], da nur so die Wirkung unseres Produktes auf Ihren Körper bewertet und ggf. durch persönliche Konstitutionen entstehende Anwendungsrisiken ermittelt werden können. Befolgen Sie den Rat dieses Fachpersonals, sowie sämtliche Hinweise dieser Unterlage oder deren – auch auszugsweiser – Online-Darstellung, (auch: Texte, Bilder, Graphiken etc.).
Bleiben nach der Konsultation mit dem Fachpersonal Zweifel, nehmen Sie bitte mit ihrem Arzt, Händler oder direkt mit uns Kontakt auf.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jedes schwerwiegende Vorkommnis bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen Behörde für Medizinprodukte (in DE: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Entsorgung

Sie können das Produkt entsprechend den nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Bearbeitungshinweise

Einpassen:
Unter einer optimalen Passform ist eine Längenzugabe der Einlage bzw. des Schuhs von ca. 1 cm im Vergleich zum Fuß im Stehen zu verstehen. b Sollten die Einlagen nicht die für Ihre Schuhe passende Größe haben, können Sie die Einlagen zuschneiden oder thermisch umformen. Bitte gehen Sie anhand der folgenden Anweisungen vor.
Zuschneiden:
1. Nehmen Sie Ihre Einlegesohlen aus Ihren Sportschuhen und legen Sie sie auf Ihre ErgoPad run & walk.
2. Richten Sie die Fersenteile so aus, dass sie exakt übereinander liegen und zeichnen Sie den Umriss der Schuheinlage auf Ihrer ErgoPad run & walk ein.
3. Schneiden Sie entlang der eingezeichneten Umrisslinie im Vorfußbereich. (Geben Sie Acht, dass Sie die Einlage nicht zu klein schneiden. Wir empfehlen zunächst weniger abzuschneiden, die Einlage anzuprobieren und sie dann ggf. erneut zuzuschneiden.)
4. Legen Sie die ErgoPad run & walk paarweise in Ihre Schuhe (linke / rechte Seite sind auf der Rückseite der Einlagen gekennzeichnet).

Thermisches Verformen d
In Ausnahmefällen kann es nötig werden, die Einlagen nach Absprache mit dem Fachpersonal[1] mittels thermischer Verformung an Ihre Fußform anzupassen.
1. Nach dem Zuschneiden Ihrer ErgoPad run & walk heizen Sie den Ofen auf 90 °C / 200 °F vor.
2. Legen Sie die Einlagen (mit dem Bezug nach unten auf eine saubere Unterlage) für ca. zwei Minuten in den Ofen.

⚠ **Verbrennungsgefahr! Tragen Sie zum Entnehmen der Einlagen aus dem Ofen Schutzhandschuhe.**

3. Sobald Sie die Einlagen aus dem Ofen genommen haben, legen Sie sie unverzüglich in die Schuhe ein.
4. Ziehen Sie umgehend Ihre Schuhe an (mit Strümpfen).
5. Stehen Sie nun zwei Minuten gerade, wobei Ihre Füße schulterbreit auseinander stehen und nach vorn ausgerichtet sind.

Ihre Einlagen sind nun an die Form Ihrer Füße angepasst.

Materialzusammensetzung

Modifizierter Copolyester (PET), Polyurethan (PUR), Polyester (PES)

MD – Medical Device
UDI – Kennzeichner der DataMatrix als UDI

Barrierefreie Version

www.bauerfeind.de/barrierefrei

Stand der Informationen: 2025-09

[1] Fachpersonal ist jede Person, die nach den für sie geltenden staatlichen oder institutionellen Regelungen und weiteren Vorgaben zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von orthopädischen Hilfsmitteln befugt ist. Als Hersteller empfehlen wir dringend, dass eine solche Person über eine orthopädietechnische Ausbildung oder vergleichbare erworbene Kompetenzen sowie eine orthopädietechnische Infrastruktur verfügt.

en english

Dear patient,

Please read through and observe the **Instructions for use** carefully and direct any questions to your physician, medical retailer, or our customer service department at telephone number +49 (0)800 0 01 05 30 (calls from Germany are free of charge) or email info@bauerfeind.com.

Intended purpose

ErgoPad run & walk is a medical device for the feet. It is a supportive foot orthosis that makes sports shoes more comfortable to wear and helps stabilize the movement of the hindfoot during athletic activities. Suitable for: Running, hiking, walking

Indications

The ErgoPad run & walk foot orthosis can be used for prevention and concomitant treatment of sports-related overloading complaints:
- Non-specific overloading complaints involving the foot
- Chronic heel and ankle pain
- Achilles tendon problems
- Tibia complaints
- Knee complaints

It is also used for prevention and concomitant treatment of sports-related complaints involving the foot conditions:
- Mild to pronounced arch decreased / splay foot or
- Mild pes cavus / high arched foot

Risks of using this product

⚠ Caution: Before using / applying a foot orthosis, you should consult a physician or professional[1].
If there is not enough space inside the shoe for the foot and the selected foot orthosis, or if the product is worn in shoes of an incorrect length and width (or shoes with inadequate lateral guidance in the case of open shoe types), problems relating to poor fit may arise (e.g. a feeling of constriction or pressure, rubbing).
If the feet are positioned on the edges of the foot orthoses, blisters or calluses may form on the soles of the feet. These may also occur if top covers and/or cushioning material develop holes or creases or break due to mechanical overloading. You must stop wearing foot orthoses if they are damaged in this way!

Contraindications

People with diabetes or rheumatoid foot deformities must seek medical advice before using this product to ensure optimum treatment.

Application instructions

Shoes suitable for wearing with foot orthoses must have sufficient internal volume for both the foot and the selected foot orthosis (adequate shoe length / width and, if necessary, a removable, sufficiently thick cushioned sole, as well as lateral guidance for the foot orthoses in the case of open shoe types). An uncomfortable fit that constricts the foot must always be avoided. a
In addition, the advice of a professional[1] should be sought in the case of treatment with running shoes to avoid a potential "overcorrection".
When selecting the correct size of foot orthoses, the packaging information serves only as a guide. Just like correctly fitting shoes, foot orthoses must be at least 1 cm longer than the foot when the foot is in a weight-bearing, standing position. As feet may differ in length, please check both feet and, if in doubt, base your size selection on the longer foot. b
The foot orthosis must be positioned straight in the shoe and have as much surface contact as possible with the shoe insole. Contact between the foot and the shoe upper helps limit the risk of pressure marks or blistering on the skin of the soles of the feet. c
Foot orthoses must always be worn as a pair! Any exceptions to this must be stipulated by your physician.
This product is intended to treat one patient only.
Please regularly check your feet for pressure marks, redness or other changes (caused by the foot orthosis). If symptoms or changes become more severe, stop using the foot orthosis and please contact a professional[1] or your physician.
Adjustment phase: As with many medical aids, the ErgoPad run & walk may feel somewhat strange to wear at first. We therefore recommend that you start by wearing it for about an hour per day and slowly increase the wearing period until the foot orthosis feels comfortable. Normally, it should not take longer than a week to adjust to wearing the foot orthosis. If you still find it uncomfortable to wear after this period, please contact a professional[1].
Foot orthoses must be checked by a professional[1] after they have been worn for approximately six months to ensure that they are still functioning properly.

Cleaning instructions

Clean the ErgoPad run & walk by hand at 30 °C using soap. Then leave the foot orthoses to air dry. Do not use any external heat sources (e.g. heaters, hairdryers, or direct sunlight). The foot orthoses cannot be washed in a washing machine.
Mild disinfectants suitable for the human skin may be applied sparingly (sprayed on). However, this may lead to the discoloration of top cover materials.

Part of the body this product is used for

The foot orthoses must be worn in suitable footwear and with socks or stockings on your feet.

Notes on reuse

This product is intended to treat one patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Where relevant, the country-specific warranty regulations between the distributor and buyer apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product directly in the event of a potential claim under the warranty.
Please do not make any alterations to the product yourself. This particularly applies to products that have been individually adjusted by a professional[1]. Please follow our instructions for use and care. They are based on years of experience and ensure that our medically effective products continue to work for a long time. Only aids that function perfectly will help you. Failure to follow the instructions may also limit the warranty.
Discolorations, in particular fading of the top covers of the foot orthoses, may occur during their use. This is dependent on a number of factors, e.g. moisture levels and sock / stocking materials. This is not covered by warranty.

Disclaimer

Do not diagnose yourself or decide on which medication to take unless you are a professional[1]. Before first using our medical device, please seek the advice of a physician or professional[1] as this is the only way to assess the effect of our product on your body and determine the potential risks of using this product due to your personal constitution. Follow the advice of this professional as well as all instructions in this document or its online version, including any excerpts (as well as texts, images, graphics, etc.).
If you still have doubts after your consultation with the professional, please contact your physician or distributor, or contact us directly.

Duty to report

Because of regional legal regulations, you are obliged to immediately report any serious incident involving the use of this medical device to both the manufacturer and the responsible authority (in Germany: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - Federal Institute for Drugs and Medical Devices). Our contact details can be found on the back of this brochure.

Disposal

You can dispose of the product according to national legal requirements.

Modification instructions

Fitting:
For an optimum fit, there should be a length allowance of approximately 1 cm between the foot and the foot orthosis and/or shoe in a standing position. b
If the foot orthoses are not the right size for your shoes, you can trim them or mold them using heat. Please follow the instructions below.
Trimming:
1. Remove the original inlays from your shoes and place them on top of your new ErgoPad run & walk.
2. Align the heel sections so that they are positioned precisely on top of one another and draw around the inlay on your ErgoPad run & walk.
3. Cut along the outline you have drawn in the forefoot area. (Make sure you do not cut the foot orthosis too small. We recommend cutting off less material than you need to at first and trying on the foot orthosis before continuing trimming).
4. Place the ErgoPad run & walk foot orthoses in your shoes (orthoses for left / right feet are marked as such on the back).

Heat molding d
In exceptional cases and after having sought advice from a professional[1], it may be necessary to use heat molding to adapt the foot orthoses to fit the shape of your feet.
1. After trimming your ErgoPad run & walk, preheat oven to 90 °C / 200 °F.
2. Put the foot orthoses (with the top cover facing down on a clean surface) in the oven for approximately two minutes.

⚠ **Burn risk! Wear protective gloves when taking the foot orthoses out of the oven.**

3. As soon as you have taken the foot orthoses out of the oven, place them in the shoes immediately.
4. Put on your shoes straight away (make sure you are wearing socks).
5. Then stand for two minutes with your feet shoulder-width apart and pointing forward.

Your foot orthoses should now be adapted to the shape of your feet.

Material content

Modified copolyester (PET), Polyurethane (PUR), Polyester (PES)

MD – Medical device
UDI – DataMatrix Unique Device Identifier UDI

Version: 2025-09

[1] A professional is any person who is authorized according to the state or institutional regulations as well as other provisions relevant to them for fitting and instruction in the use of orthopedic aids. As the manufacturer, we strongly recommend that this person be trained in orthopedics or possess comparable acquired competencies as well as dispose of orthopedic infrastructure.

fr français

Chère patiente, cher patient,

veuillez lire attentivement cette **notice d'utilisation** et en tenir compte. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre médecin traitant, votre revendeur spécialisé ou notre service clientèle en appelant le +49 (0)800 0 01 05 30 (gratuit depuis l'Allemagne) ou en écrivant à info@bauerfeind.com.

Destination

ErgoPad run & walk est un dispositif médical destiné aux pieds. Il s'agit d'une semelle de soutien qui sert à accroître le confort de port dans la chaussure de sport et à stabiliser le mouvement de l'arrière-pied lors d'activités sportives. Idéale pour : la course, la randonnée et la marche

Indications

La semelle ErgoPad run & walk peut être utilisée de manière préventive ainsi que pour l'accompagnement thérapeutique en cas de douleurs liées à des sollicitations excessives spécifiques à la pratique sportive :
- Douleurs au pied dues à des sollicitations excessives non spécifiques
- Douleurs au talon
- Douleurs au talon d'Achille
- Douleurs au tibia
- Douleurs au genou

Utilisation également possible pour la prévention et l'accompagnement thérapeutique des douleurs pendant l'activité sportive pour les formes de pied suivantes :
- Pied plat / valgus légèrement marqué à prononcé ou
- Pied creux légèrement marqué

Risques d'utilisation

⚠ Attention : Avant d'utiliser une semelle, un médecin ou un spécialiste[1] doit être consulté.
Si le volume intérieur disponible dans la chaussure est insuffisant pour accueillir le pied et la semelle choisie ou que les semelles placées dans les chaussures n'ont pas les longueur et largeur appropriées (ou présentent un défaut de guidage latéral pour les chaussures ouvertes), on ne peut exclure des problèmes d'ajustement (sensation de pression / étroitesse, frottement).
Si les pieds se trouvent sur les bords des semelles, des ampoules ou de la corne peuvent apparaître sous la plante des pieds. Les mêmes phénomènes sont à prévoir si le revêtement et/ou le rembourrage se perforent, se plissent, voire cassent suite à une surcharge mécanique. Les semelles ainsi endommagées ne doivent plus être portées !

Contre-indications

Les personnes diabétiques et les personnes avec des déformations du pied rhumatismales doivent demander conseil à un médecin avant d'utiliser ce produit afin de garantir des soins optimaux.

Conseils d'utilisation

Les chaussures pouvant supporter une semelle doivent présenter un volume intérieur suffisant, à la fois pour le pied et pour la semelle choisie (longueur / largeur suffisante de la chaussure, rembourrage amovible et suffisamment épais, guidage latéral suffisant des semelles pour les chaussures ouvertes). Il faut impérativement éviter tout ajustement inconfortable et inadapté au pied. a
De plus, pour la prise en charge de chaussures de course stables, une évaluation du spécialiste[1] est nécessaire pour éviter de possibles « surcorrections ».
Les instructions figurant sur l'emballage sont uniquement destinées à orienter l'utilisateur dans le choix de la taille de ses semelles. À l'instar des chaussures correctement adaptées, les semelles doivent être d'au moins 1 cm plus longues que le pied sollicité, patient en position debout. Veuillez contrôler les longueurs indiquées pour chacun des pieds, car des différences de longueur peuvent survenir. En cas de doute, le pied le plus long est déterminant pour la taille. b
La semelle doit être posée bien à plat dans la chaussure et présenter la plus grande zone de contact possible avec la semelle intérieure de la chaussure. Côté pied, il est recommandé que la semelle soit bien en contact avec les quartiers latéraux de la chaussure ; on limite ainsi les points de pression et les ampoules sur la plante du pied. c
Les semelles doivent toujours être portées par paire ! Il appartient au médecin traitant de définir les exceptions.
Ce produit est réservé à la prise en charge individuelle d'un seul patient ou d'une seule patiente.
Veuillez régulièrement contrôler vos pieds pour détecter d'éventuelles zones de pression, rougeurs et autres altérations (causées par la semelle).
En cas de plus fortes douleurs ou d'altérations, cessez d'utiliser la semelle et veuillez vous adresser à un spécialiste[1] ou à votre médecin traitant.
Phase d'accoutumance : comme pour de nombreuses aides thérapeutiques, il est possible que la première utilisation de la semelle ErgoPad run & walk soit un peu désagréable. Nous recommandons par conséquent de commencer par la porter environ une heure, puis d'augmenter progressivement la durée jusqu'à ce que le port des semelles devienne confortable. La durée d'accoutumance ne doit pas durer plus d'une semaine. Toutefois, si vous continuez ensuite de ressentir une sensation désagréable, contactez un spécialiste[1].
Après une durée de port de six mois environ, la fonctionnalité des semelles doit être vérifiée par un spécialiste[1].

Conseils de nettoyage

Nettoyez la semelle ErgoPad run & walk à la main, avec de l'eau tiède (30 °C) et du savon. Laissez sécher les semelles à l'air libre. N'utilisez pas de sources de chaleur externes (par ex. chauffage, sèche-cheveux ou lumière directe du soleil). Les semelles ne doivent pas être lavées en machine.
Il est possible d'ajouter un antiseptique doux toléré par la peau à dose modérée (par vaporisation). Une décoloration des matériaux de revêtement ne peut dans ce cas être exclue.

Positionnement

Les semelles doivent être portées dans des chaussures adaptées en ayant au préalable enfilé des chaussettes.

Conseils pour une réutilisation

Ce produit est réservé à la prise en charge individuelle d'un seul patient ou d'une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays où le produit a été acheté. Si besoin, ce sont les dispositions en matière de garantie spécifiques au pays qui s'appliquent entre le distributeur et le client. Si un cas de garantie est présumé, veuillez-vous adresser premièrement à la personne à qui vous avez acheté le produit.
Veuillez ne pas effectuer vous-même de modifications sur le produit. Les adaptations personnalisées doivent tout particulièrement être réalisées par un spécialiste[1]. Veuillez suivre les conseils d'utilisation et d'entretien. Ces derniers reposent sur une expérience de nombreuses années et garantissent les fonctions de nos produits à effet thérapeutique pendant longtemps. En effet, seules des aides thérapeutiques au fonctionnement optimal vous seront d'une quelconque utilité. En outre, le non-respect de ces conseils peut restreindre la garantie.
Pendant toute la durée d'utilisation, les semelles peuvent déteindre, notamment leur revêtement ; ces décolorations dépendent de différents facteurs, par ex. de l'humidité et du matériau des bas. Ces situations ne peuvent justifier un recours à la garantie.

Exclusion de responsabilité

Ne vous autodiagnostiquez pas, ne vous automédiquez pas non plus, à moins que vous ne soyez un spécialiste[1]. Avant d'utiliser notre dispositif médical pour la première fois, demandez expressément conseil à un médecin ou au spécialiste[1] ; c'est le seul moyen d'évaluer l'effet de notre produit sur votre corps et de déterminer les éventuels risques d'utilisation liés à votre constitution physique particulière. Suivez les conseils de ce spécialiste ainsi que toutes les indications de la présente documentation ou de sa version en ligne – même partielle – (sans oublier les textes, images, graphiques, etc.).
Si des doutes subsistent après la consultation avec le spécialiste, veuillez contacter votre médecin ou votre distributeur ; sinon, vous pouvez même nous contacter directement.

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l'échelle régionale, il vous incombe de signaler immédiatement tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif médical aussi bien au fabricant qu'à l'organisme compétent en matière de dispositifs médicaux (en Allemagne: le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux) Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette brochure.

Mise au rebut

Vous pouvez éliminer le produit conformément aux dispositions légales en vigueur dans votre pays.

Remarques relatives à la fabrication

Adaptation :
Pour obtenir un ajustage optimal, la longueur donnée de la semelle ou de la chaussure doit être env. 1 cm plus longue que le pied en position debout. b Si la taille des semelles ne correspond pas à celle de vos chaussures, vous pouvez découper les semelles ou leur donner une autre forme par thermoformage. Veuillez procéder selon les instructions suivantes.
Découpe :
1. Sortez vos semelles de vos chaussures de sport et placez-les sur vos ErgoPad run & walk.
2. Alignez exactement les talons et dessinez le contour de la semelle sur votre ErgoPad run & walk.
3. Découpez le long de la ligne tracée dans la région de l'avant-pied. (Faites attention à ne pas trop découper la semelle. Nous recommandons de ne découper que très peu tout d'abord, d'essayer la semelle, puis éventuellement de redécouper ensuite)
4. Placez les ErgoPad run & walk par paire dans vos chaussures (les côtés gauche / droit sont marqués au dos des semelles).

Thermoformage d
Dans de rares cas, il peut être nécessaire, après consultation d'un spécialiste[1], d'ajuster les semelles à la forme de vos pieds au moyen d'un thermoformage.
1. Après avoir découpé vos ErgoPad run & walk, chauffez le four à 90 °C / 200 °F.
2. Placez les semelles (avec le revêtement dirigé vers le bas sur un support propre) pendant deux minutes env. dans le four.

⚠ **Risque de brûlure ! Pour retirer les semelles du four, portez des gants de sécurité.**

3. Retirez les semelles du four et insérez-les immédiatement dans les chaussures.
4. Enfilez immédiatement vos chaussures (avec des bas).
5. Restez debout pendant deux minutes, les pieds écartés à la largeur des épaules et parallèles.

Vos semelles sont désormais ajustées à la forme de vos pieds.

Composition

Copolyester modifié (PET), Polyuréthane (PUR), Polyester (PES)

MD – Medical Device (Dispositif médical)
UDI – Identifiant de la matrice de données comme UDI

Mise à jour des informations : 2025-09

[1] On entend par spécialiste toute personne habilitée à adapter des aides orthopédiques et à fournir des instructions en la matière, selon la réglementation nationale ou institutionnelle et les autres dispositions en vigueur. En tant que fabricant, nous recommandons vivement qu'une telle personne dispose d'une formation au métier d'orthopédiste ou de compétences comparables ainsi que d'infrastructures spécifiques à l'orthopédie.

nl nederlands

Geachte patiënt,

lees en volg deze **gebruiksaanwijzing** zorgvuldig. Bij vragen kunt u zich wenden tot uw behandelend arts of uw speciaalzaak. U kunt ook onze klantenservice bellen via het nummer +49 (0) 800 0 01 05 30 (gratis in Duitsland) of mailen naar info@bauerfeind.com.

Beoogd gebruik

De ErgoPad run & walk is een medisch hulpmiddel voor de voeten. Deze steunzolen worden gebruikt voor meer draagcomfort in sportschoenen en voor de stabilisatie van de achtervoetbewegingen tijdens het sporten. Geschikt voor: Joggen, wandelen, nordic walking

Indicaties

De steunzool ErgoPad run & walk kan worden gebruikt ter preventie en als begeleidende behandeling van sportspecifieke overbelastingsklachten:
- Aspecifieke voetklachten door overbelasting
- Hielpijn
- Achillespeesklachten
- Scheenbeenklachten
- Knieklachten

Ook ter voorkoming en begeleidende behandeling van klachten tijdens het sporten met de voetafwijkingen:
- Licht tot uitgesproken doorgezakte spreidvoet of
- Lichte holvoet

Gebruiksrisico's

⚠ Opgelet: Voordat u een steunzool gebruikt, moet u eerst een arts of geschoold personeel[1] raadplegen.
Wanneer de voet en de gekozen steunzool niet goed passen in de schoen of wanneer de steunzolen in schoenen worden gedragen met onjuiste lengte en breedte, kunnen pasvormproblemen (knellend gevoel of drukgevoel, wrijving) niet worden uitgesloten.
Wanneer de voeten op de steunzoolranden staan, kan blaar- of eeltvorming op de voetzolen ontstaan. Dit kan ook gebeuren als de bekleding of het materiaal door mechanische overbelasting gaten of vouwen krijgt of breekt. Steunzolen met dergelijke beschadigingen mogen niet langer worden gedragen!

Contra-indicaties

Diabetici en mensen met reumatoïde voetafwijkingen dienen vóór gebruik van dit product medisch advies in te winnen om zorg te dragen voor een optimale behandeling.

Gebruiksinstructies

Schoenen die geschikt zijn voor steunzolen moeten voldoende ruimte bieden voor zowel de voet als de gekozen steunzool (voldoende schoenlengte / -breedte, evt. uitneembare, voldoende dikke inlegzolen). Een oncomfortabele pasvorm die de voet afknelt, moet u absoluut vermijden. a
Verder is er bij de behandeling met stabiele loop- en wandelschoenen een beoordeling door geschoold personeel nodig om een eventuele 'overcorrectie' te vermijden.
Bij de keuze van de maat van de steunzolen dienen de instructies op de verpakking slechts ter oriëntatie. Net als bij correct passende schoenen moeten steunzolen minstens 1 cm langer zijn dan de staande, belaste voet. Controleer de voetlengte bij beide voeten, aangezien er lengteverschillen kunnen zijn. In geval van twijfel is de langere voet doorslaggevend voor de lengte. b
De steunzool moet recht in de schoen liggen en een zo groot mogelijk contactoppervlak met de binnenzool vormen. Voor de voet is het zijdelingse contact van steunzool met de schaft van de schoen zinvol om het risico van drukplekken en blaarvorming op de huid van de voetzool te beperken. c
Steunzolen moeten altijd als paar worden gedragen! Over uitzonderingen moet de behandelend arts beslissen.
Het product is bedoeld voor individueel gebruik door één patiënt(e).
Controleer uw voeten regelmatig op eventuele drukplekken, roodheid of overige (door de steunzool veroorzaakte) veranderingen. Als uw klachten of veranderingen toenemen, stop dan met het gebruik van de steunzool en neem onmiddellijk contact op met het geschoolde personeel of uw behandelend arts.
Gewenningsfase: Zoals bij veel medische hulpmiddelen is het mogelijk dat de ErgoPad run & walk steunzolen bij het eerste gebruik wat onwennig aanvoelen. Daarom adviseren wij om te beginnen met een draagtijd van ca. 1 uur en deze draagtijd geleidelijk op te voeren totdat de steunzolen comfortabel aanvoelen. De inlooptijd mag niet veel langer duren dan een week. Als de steunzolen hierna nog steeds niet comfortabel te dragen zijn, neem dan contact op met uw leverancier. Na een draagtijd van ca. een half jaar moet de functionaliteit van de steunzolen door geschoold personeel worden gecontroleerd.

Wasvoorschrift

Reinig de ErgoPad run & walk met de hand op 30 °C met zeep en lauwwarm water. Laat de steunzolen daarna aan de lucht drogen. Gebruik geen externe warmtebronnen (zoals verwarming, haardroger of direct zonlicht). De steunzolen zijn niet geschikt voor de wasmachine.
Milde, voor de menselijke huid geschikte desinfecteermiddelen kunnen zuinig gedoseerd worden gebruikt (opsproeien). Verkleuringen van bekledingsmaterialen kunnen daarbij niet worden uitgesloten.

Gebruik

De steunzolen moeten in goed passende schoenen worden gelegd en u moet sokken of kousen dragen.

Aanwijzingen voor hergebruik

Het product is bedoeld voor individueel gebruik door één patiënt.

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht zijn geldend. Waar relevant, gelden specifieke garantievoorschriften tussen verkopers en kopers in het betreffende land. Als u vermoedt dat u aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in eerste instantie contact op met degene van wie u het product heeft gekocht.
Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen die tijdens het aanpassen zijn uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Volg onze gebruiks- en onderhoudsinstructies op. Deze zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring en zorgen ervoor dat de functies van onze medisch werkzame producten lange tijd veilig zijn. Alleen optimaal functionerende hulpmiddelen bieden de benodigde ondersteuning. Bovendien kan het niet opvolgen van de instructies het recht op garantie beperken.
Tijdens het gebruik van de steunzolen zijn kleurveranderingen mogelijk, vooral het verbleken van steunzoolbekledingen. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals het vochtgehalte en het materiaal van de kousen. Kleurveranderingen zijn geen reden om aanspraak te maken op garantie.

Aansprakelijkheid

Doe niet aan zelfdiagnoses of zelfmedicatie, tenzij u een specialist[1] bent. Vraag zeker zelf om het advies van een arts of specialist[1], voordat u ons medisch hulpmiddel voor het eerst gebruikt. Alleen zo kan de werking van ons product op uw lichaam worden beoordeeld en kunnen eventuele gebruiksrisico's ten gevolge van uw individuele lichaamsbouw worden vastgesteld. Volg het advies van deze specialist op, evenals alle instructies die u in dit document vindt of in de – ook gedeeltelijke – onlineversie ervan (incl. teksten, afbeeldingen, illustraties, etc.). Als u na overleg met de specialist nog twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts, distributeur of direct met ons.

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften bent u verplicht elk ernstig incident bij gebruik van dit medisch hulpmiddel onmiddellijk te melden bij zowel de fabrikant als het bevoegde overheidsorgaan voor medische hulpmiddelen (in Duitsland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - federaal instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen). Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Verwijdering

U kunt het product volgens de in uw land geldende voorschriften verwijderen.

Aanwijzingen voor de bewerking

Aanpassen:
Een optimale pasvorm betekent een extra lengte van de steunzool resp. schoen van ca. 1 cm ten opzichte van de belaste voet b. Mochten de steunzolen niet de juiste maat voor uw schoenen hebben, dan kunt u de steunzolen op lengte aanpassen of thermisch vervormen. Wij verzoeken u om de volgende aanwijzingen op te volgen.
Op lengte aanpassen:
1. Neem de inlegzolen uit uw sportschoenen en leg ze op de ErgoPad run & walk steunzolen.
2. Leg het hakgedeelte zodanig neer dat de hakken exact op elkaar liggen en teken de omtrek van de inlegzool af op de ErgoPad run & walk.
3. Knip de steunzolen langs deze lijn bij de voorvoet af. (Let erop dat u de steunzool niet te veel inkort. Wij adviseren u om eerst minder weg te knippen, de steunzool te passen en dan indien nodig, nog wat weg te knippen.)
4. Leg de ErgoPad run & walk steunzolen als paar in uw schoenen (op de achterzijde van de steunzolen is gemarkeerd welke links en welke rechts moet worden gedragen).

Thermisch vervormen d
In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn om de steunzolen in overleg met geschoold personeel door middel van thermische vervorming aan te passen aan uw voetvorm.
1. Na het inkorten van de ErgoPad run & walk verwarmt u de oven voor op 90 °C / 200 °F.
2. Leg de steunzolen (met de bekleding naar beneden op een schone ondergrond) ca. 2 minuten in de oven.

⚠ **Verbrandingsgevaar! Draag beschermende handschoenen als u de steunzolen uit de oven haalt.**

3. Leg de steunzol

anebo výstelkového materiálu z důvodu mechanického přetížení k perforaci nebo ke zvrásnění nebo k jejich narušení. Takto poškozené ortopedické vložky již nesmíte používat!

Kontraindikace
Diabetici a lidé s revmatickými deformitami chodidla si musí nechat odborně poradit lékařem, aby se zajistila optimální terapie.

Pokyny k používání
Obuv, ve které budete ortopedické vložky nosit, musí mít dostatečně velký vnitřní prostor jak pro nohu, tak pro zvolenou ortopedickou vložku (dostačující délka / šířka obuvi, příp. vyjímatelné, dostatečně tlusté stélky, boční vedení vložek u otevřených typů obuvi). Bezpodmínečně zabránit tomu, aby byl prostor pro nohu zúžený a nepohodlný. (a)
Dále je při použití s pevnými běžeckými botami potřebné posouzení odborným personálem[1], aby bylo zamezeno možné »nadměrné korekci«.
Při výběru velikosti vložek jsou pokyny na balení pouze orientační. Stejně jako vhodně zvolená obuv, musí být i vložky minimálně o 1 cm delší než zatížená noha ve stoje. Zkontrolujte, prosím, délku obou nohou, míry se mohou lišit. V případě rozdílné délky určuje velikost delší noha. (b)
Vložka musí v botě ležet rovně a dotýkat se v maximálně možné míře stélky obuvi. Vložka musí být umístěna tak, aby se na boku dotýkala svršku boty. Jedině tak se omezí riziko vzniku otlaků a puchýřů na chodidle. (c)
Ortopedické vložky noste vždy párově! Výjimky musí být specifikovány ošetřujícím lékařem.
Výrobek je určen k individuálnímu ošetření jednoho pacienta nebo pacientky.
Pravidelně kontrolujte eventuální otlaky, zarudnutí a ostatní změny na svých nohou způsobené vložkou. Při narůstajících obtížích nebo případných změnách vložku dále nepoužívejte a obraťte se prosím na odborný personál nebo na svého ošetřujícího lékaře.
Aklimatizační fáze: Jako u mnoha lékařských pomůcek se může stát, že první nošení ErgoPad run & walk bude na vás působit trošku nezvykle. Proto doporučujeme, abyste začali s nošením po dobu asi 1 hodiny, dobu pomalu prodlužovali, dokud nezačne být vložka pohodlná. Aklimatizační fáze by neměla být obvykle delší než jeden týden. Pokud i poté budete pociťovat nepříjemné pocity při nošení, obraťte se na odborný personál. Po uplynutí přibližně půl roku nošení je nutné funkci ortopedických vložek nechat zkontrolovat odborným personálem[1].

Pokyny k čištění výrobku
ErgoPad run & walk perte ručně při teplotě 30 °C mýdlem a ve vlažné vodě. Vložky nechte uschnout na vzduchu. Nepoužívejte přitom žádné vnější zdroje tepla (např. radiátor, vysoušeč vlasů nebo přímé sluneční záření). Vložky nelze prát v pračce.
Můžete použít (nastříkat) jemný dezinfekční prostředek vhodný pro lidskou pokožku, ovšem v menší dávce. Přitom nelze vyloučit zbarvení potahových materiálů.

Používání
Vložky je nutné nosit ve vhodné obuvi s ponožkami.

Upozornění týkající se opakovaného používání
Výrobek je určen k individuálnímu ošetření jednoho pacienta nebo pacientky.

Záruka
Platí právní předpisy země, ve které byl produkt zakoupen. Pokud je to relevantní, platí mezi prodejcem a nabyvatelem záruční předpisy specifické pro danou zemi. Pokud se předpokládá záruční případ, obraťte se prosím nejdříve přímo na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.
Neprovádějte prosím u produktu žádné svévolné změny. To platí zejména pro individuální úpravy prováděné kvalifikovanými pracovníky. Dodržujte prosím naše pokyny k používání a k údržbě. Vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a jsou zárukou dlouhodobé funkčnosti našich lékařsky účinných produktů. Neboť pouze optimálně fungující pomůcky vám budou oporou. Nerespektování těchto pokynů může navíc vést k omezení záruky.
Během doby používání vložek může dojít k lehkému zbarvení, zejména k vyblednutí potahu vložek, což je závislé na různých faktorech, např. vlhkosti a materiálu ponožek. Tyto změny však nejsou důvodem k reklamaci.

Pokyny k poskytování odpovědnosti
Pokud nejste odborný personál[1], neprovádějte samodiagnostiku ani samoléčbu. Před prvním použitím našeho zdravotnického prostředku se aktivně poraďte s lékařem nebo odborným personálem[1], protože je to jediný způsob, jak posoudit účinek našeho výrobku na vaše tělo a v případě potřeby určit případná aplikační rizika vyplývající z vaší tělesné konstituce. Řiďte se radami tohoto odborného personálu a všemi informacemi v tomto dokumentu nebo jeho – online verzi – i ve zkrácené podobě – , (včetně: texty, obrázky, grafika atd.).
Máte-li po konzultaci s odborným personálem jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého lékaře, distributora nebo kontaktujte přímo nás.

Ohlašovací povinnost
Na základě regionálních zákonných předpisů jste povinni neprodleně ohlásit každou závažnou příhodu při použití tohoto zdravotnického prostředku jak výrobci, tak i příslušnému místnímu úřadu pro zdravotnické prostředky (v Německu: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - spolkový ústav pro léčiva a zdravotnické prostředky). Naše kontaktní údaje najdete na zadní straně této brožury.

Likvidace výrobku
Výrobek lze likvidovat dle platných státních předpisů.

Pokyny k úpravě
Přizpůsobení:
Optimální délka vložky, resp. obuvi je asi o 1 cm větší než délka chodidla ve stoji (b). Nemají-li vložky správný tvar pro vaši obuv, můžete vložky zastřihnout nebo tepelně upravit. Postupujte, prosím, podle následujících pokynů.
Zastřižení:
1. Vyndejte vkládací stélky z vaší sportovní obuvi a položte je na vaši ErgoPad run & walk.
2. Oblasti paty zarovnejte tak, aby ležely přesně na sobě a nakreslete obrys původní stélky na vaši ErgoPad run & walk.
3. Stříhejte podél zakreslené čáry v přední část nohy. (Dbejte na to, abyste vložky nevystřihli příliš malé. Doporučujeme nejprve ustřihnout méně, vložku vyzkoušet a poté případně znovu zastřihnout.)
4. Vložte v páru ErgoPad run & walk do vaší obuvi (levá / pravá strana jsou vyznačeny na zadní straně vložek).

Tepelná úprava tvaru (d)
Ve výjimečných případech může být nutná, po konzultaci s odborným personálem[1], tepelná úprava tvaru vložky a přizpůsobení tvaru vašeho chodidla.
1. Po zaříznutí vaší vložky ErgoPad run & walk předehřejte troubu na 90 °C / 200 °F.
2. Vložky vložte do trouby (potahem směřujícím dolů na čistou podložku) asi na 2 minuty.

⚠ **Nebezpečí popálení! Při vybírání vložek z trouby si navlečte ochranné rukavice.**

3. Jakmile vložky vytáhnete z trouby, ihned je vložte do obuvi.
4. Poté si ihned obuv obujte (s ponožkami).
5. Nyní stůjte 2 minuty rovně, rozkročte chodidla na šíři ramen a nasměrujte je dopředu.

Vaše vložky jsou nyní přizpůsobeny tvaru vašich nohou.

Složení materiálu
Modifikovaný kopolyester (PET), Polyuretan (PUR), Polyester (PES)
MD – Medical Device (Zdravotnický prostředek)
UDI – Identifikátor maticového 2D kódu jako UDI

Stav informací: 2025-09

[1] Odborný personál je každá osoba, která je oprávněna dle platných státních nebo úředních nařízení a dalších předpisů provádět přizpůsobení a instruktáž o používání ortopedických pomůcek. Jako výrobce důrazně doporučujeme, aby taková osoba měla vzdělání v oblasti technické ortopedie nebo srovnatelné získané dovednosti, jakož i v oblasti ortopedicko-technické infrastruktury..

sr srpski

Poštovani korisnici,
molimo vas da pažljivo pročitate i poštujete **uputstvo za upotrebu** i ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, specijalizovanoj prodavnici, tj. našem tehničkom servisu na telefon: +49 (0) 800 0010530 (besplatno unutar Nemačke) ili na e-adresu info@bauerfeind.com.

Određivanje namene
ErgoPad run & walk je medicinski proizvod za stopala. ErgoPad run & walk je podupirajući uložak koji služi za povećanje komfora pri nošenju u patikama i stabilizaciji kretanja pete pri sportskim aktivnostima. Pogodno za: trčanje, planinarenje, hodanje

Indikacije
Uložak ErgoPad run & walk može da se koristi kao prevencija i prateća terapija kod tegoba zbog specifično sportskih preopterećenja:
• Nespecifične tegobe preopterećenog stopala
• Bolovi u peti
• Tegoba ahilove tetive
• Tegobe goljenične kosti
• Tegobe u kolenima
Dalja primena obuhvata prevenciju i prateća terapija kod tegoba prilikom bavljenja sportom kod pacijenata sa blagim do izraženim stopalima:
• Pacijenata sa blagim do izraženim ravnim stopalom ili
• Blago udubljenim stopalom

Rizici primene
⚠ Oprez: Pre primene / korišćenja uložaka posavetovati se sa lekarom ili stručnim osobljem[1].
Ako raspoloživi unutrašnji volumen cipele nije dovoljan za stopalo i odabrani uložak ili ako se u cipelama nose ulošci nepravilne dužine i širine (npr. bez bočne vođice kod otvorenih tipova cipela), ne mogu se isključiti problemi s pristajanjem (osećaj uskosti i pritiska, trenje).
Ako stopala stoje na ivicama uložaka, na tabanima se mogu pojaviti žuljevi ili nastati rožnata koža. Isto treba očekivati i ako se navlake ili / ili materijal pojastučenja usled mehaničkog opterećenja probuše, naberu ili slome. Tako oštećeni ulošci više se ne smiju nositi!

Kontraindikacije
Dijabetičari i osobe sa reumatskim deformacijama stopala moraju pre primene ovog proizvoda da se posavetuju sa lekarom da bi se obezbedila optimalna terapija.

Uputstva o primeni
Cipele prikladne za uloške moraju imati dovoljno veliki unutarnji volumen za stopalo kao i za odabrani uložak (dovoljna dužina / širina cipele, dovoljno debela meka tabanica, koja može eventualno da se izvadi, bočna vođica uloška kod otvorenih modela obuće). Obavezno izbegavati neudoban oblik koji steže stopalo. (a)
Pored toga, pored nošenja stabilnih cipela za trčanje stručno osoblje treba da izvrši proveru, da bi se izbegla »prekomerna korekcija«.
Prilikom izbora veličine uložaka napomene na pakovanju služe samo kao orijentacija. Kao i cipele koje ispravno pristaju, ulošci moraju biti 1 cm duži od opterećenog stopala u stojećem stavu. Dužinu proverite na oba stopala jer stopala mogu biti različite dužine. U slučaju nedoumice duže stopalo zadaje veličinu. (b)
Uložak mora da naleže ravno u cipeli, da bi se omogućila velika kontaktna površina sa tabanicom cipele. Na strani stopala je koristan bočan kontakt uloška sa licem obuće da bi se ograničio rizik od stvaranja pritiska i žuljeva na koži stopala. (c)
Uloške treba uvek nositi u paru! Izuzetke mora da odredi lekar.
Proizvod je namenjen za individualno tretiranje jednog pacijenta.
Molimo da redovno proveravate da li su se na stopalima pojavila mesta pritiska, crvenilo ili druge promene (prouzrokovane uloščima). Ako se tegobe ili promene pojačaju, prestanite da koristite uložak i molimo da se obratite stručnom osoblju ili Vašem lekaru.
Faza navikavanja: Kao i kod brojnih medicinskih pomagala, može se desiti da se prilikom prvog nošenja ErgoPad run & walk oseća određena neprijatnost. Zbog toga preporučujemo da počnete sa nošenjem u periodu od oko 1 sata i taj period polako povećavate, sve dok nošenje uloška ne postane prijatno Navikavanje ne sme da traje duže od nedelju dana. Ako i kasnije imate neprijatan osećaj pri nošenju, obratite se stručnom osoblju. Nakon nošenja u periodu od oko pola godine, stručno osoblje mora da proveri funkcionalnost uložaka.

Uputstvo za održavanje
ErgoPad run & walk perite ručno na 30 °C sa sapunom i mlakom vodom. Uloške ostavite da se osuše na vazduhu. Ne koristite spoljašnje izvore toplote (npr. grejanje, fen za kosu ili direktno sunčevo svetlo). Ulošci ne mogu da se peru u mašini za veš.
Mogu štedljivo da se koriste (naprskaju) blaga dezinfekciona sredstva, podobna za ljudsku kožu. Pri tome ne može da se isključi mogućnost promene boje na materijalu presvlake.

Područje primene
Ulošci se nose u podobnim cipelama i sa čarapama.

Uputstvo za ponovnu primenu
Proizvod je namenjen za individualno tretiranje jednog pacijenta.

Garancija
Važe zakonske odredbe one zemlje, u kojoj je proizvod kupljen. Ukoliko je relevantno, važe specifični nacionalni propisi za garancije između prodavca i kupca. Ukoliko se pretpostavlja da postoji slučaj iz garancije, molimo Vas da se obratite direktno onome, od koga ste kupili proizvod.
Molimo Vas da ne vršite nikakve izmene na proizvodu. To se posebno odnosi na individualne adaptacije koje preduzima stručno osoblje. Molimo vas da se pridržavate naših uputstava za upotrebu i negu. Ona se zasnivaju na našem dugogodišnjem iskustvu i garantuju ispravnost naših medicinski efikasnih proizvoda u dužem vremenskom periodu. Jer mogu da Vam pomognu samo pomoćna sredstva, koja optimalno funkcionišu. Pored toga, nepridržavanjem napomena mogu da se ograniče davanja iz garancije.
U toku korišćenja uložaka može doći do promene boje, posebno do bledenja navlaka uložaka, što zavisi od različitih faktora kao što su vlažnost i materijal čarapa. To nije predmet garancije.

Odricanje od odgovornosti
Nemojte sami postavljati dijagnozu ili provoditi samolečenje, osim ako se ne ubrajate u stručno osoblje[1]. Pre prve upotrebe našeg medicinskog proizvoda, aktivno potražite savet lekara ili stručnog osoblja[1], jer je to jedini način da procenite efekat našeg proizvoda na vaše telo i, ako je potrebno, da odredite sve rizike primene koji proizilaze iz vaše lične konstitucije. Pratite savete stručnog osoblja i sve informacije u ovoj dokumentaciji ili njenoj – delimično sažetoj – on-line verziji (takođe: tekst, slike, grafike, itd.).
Ako nakon konsultacije sa stručnim osobljem imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom lekaru, prodavcu ili nas kontaktirajte direktno.

Obavezno prijavljivanje
Na osnovu regionalnih zakonskih propisa, obavezni ste da bez odlaganja prijavite bilo koji ozbiljan događaj kada koristite ovaj medicinski proizvod i proizvođaču i nadležnom organu vlasti za medicinke proizvode (u Nemačkoj: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - savezni institut za lekove i medicinske proizvode). Naše kontaktne podatke možete pronaći na poleđini ove brošure.

Odlaganje
Proizvod možete odlagati prema državnim zakonskim propisima.

Uputstva za obradu
Podešavanje:
Uložak optimalno odgovara kada je uložak tj. cipela za oko 1 cm duža od stopala u stajaćem položaju (b). Ukoliko ulošci nisu odgovarajuće veličine za vaše cipele, možete izrezati uloške ili ih termički preoblikovati. Molimo da postupite prema sledećim uputstvima.
Izrezivanje:
1. Izvadite tabanicu iz svojih patika i postavite je na svoj ErgoPad run & walk.
2. Delove za petu postavite tako da se nalaze tačno jedan preko drugog i označite konture uloška iz cipele na Vaš ErgoPad run & walk.
3. Isecite uložak duž označenih kontura na prednjem delu za stopala. (Vodite računa da uložak ne skratite previše. Preporučujemo da prvo skratite manje, isprobate uložak i eventualno ponovo skratite.)
4. Postavite ErgoPad run & walk u paru u cipele (leva / desna strana označene su na donjoj strani uloška).

Termičko preoblikovanje (d)
U izuzetnim slučajevima može biti potrebno da se ulošci po dogovoru sa stručnim osobljem[1] prilagode Vašem obliku stopala putem termičkog preoblikovanja.
1. Nakon isecanja ErgoPad run & walk zagrejte rernu na 90 °C.
2. Stavite uloške (presvlakom na dole na čistu podlogu) na oko 2 minuta u rernu.

⚠ **Opasnost od opekotina! Nosite zaštitne rukavice kada vadite uloške iz rerne.**

3. Čim izvadite uloške iz rerne, odmah ih stavite u cipele.
4. Odmah obucite cipele (sa čarapama).
5. Stojte 2 minuta uspravno, stopala raširenih u širini ramena i pognuti ka napred.

Sada su Vaši ulošci podešeni na Vaš oblik stopala.

Sastav materijala
Modifikovani kopoliester (PET), Poliuretan (PUR), Poliester (PES)
MD – Medical Device (Medicinsko sredstvo)
UDI – Identifikator matrice podataka kao UDI

Datum informacija: 2025-09

[1] Stručno osoblje podrazumeva svaku osobu koja je ovlašćena prema važećim državnim ili institucionalnim propisima i drugim zahtevima za prilagođavanje i upućivanje u primenu ortopedskih pomagala. Kao proizvođač, toplo preporučujemo da takva osoba poseduje ortopedsko-tehnička znanja ili uporedivo stečene veštine, kao i ortopedsko-tehnička infrastruktura.

sl slovenski

Spoštovani uporabnik,
pozorno preberite in upoštevajte **navodila za uporabo** in se v primeru dodatnih vprašanj obrnite na svojega zdravnika, specializirano prodajalno ali na telefonsko številko naše službe za pomoč strankam, +49 (0) 800 0010530 (brezplačni klici iz Nemčije) ali info@bauerfeind.com.

Namen uporabe
ErgoPad run & walk je medicinski pripomoček za stopala. Gre za podporni vložek za izboljšanje udobja v športni obutvi in stabilizacijo premikanja noge nazaj med športno aktivnostjo. Primerno za: tek, pohode in hojo.

Indikacije
Vložek ErgoPad run & walk se lahko uporablja za preprečevanje in sočasno zdravljenje težav zaradi preobremenitev, do katerih prihaja med športnimi dejavnostmi:
• Nespecifične težave zaradi preobremenitve na stopalih
• Bolečine v peti
• Težave z ahilovo tetivo
• Bolečine v golenici
• Težave s koleni
Dodatno področje uporabe je preprečevanje in sočasno zdravljenje težav pri stopalih, do katerih prihaja med športnimi dejavnostmi:
• Rahlo do izrazito plosko stopalo
• Rahlo izbočeno stopalo

Riziká použitia
⚠ Previdno: Pred uporabo vložka se posvetujte z zdravnikom ali strokovnim usposobljenim osebjem[1].
Če notranja prostornina čevlja ne zadostuje za stopala pri uporabi vložka ali so vložki v čevljih napačne dolžine in širine (oz. z napačnim bočnim vodenjem pri odprtem tipu čevljev) lahko pride do težav s prileganjem (tiščanje in občutek stiskanja, trenja).
Če stopala pritiskajo na robove vložkov, lahko pride do nastanka žuljev ali trde kože na podplatih. Enako je pričakovati, če postaneta prevleka in / ali material blazine zaradi mehanske preobremenitve preluknjana ali nagubana oz. se zlomita. Tako poškodovanih vložkov ne smete več nositi.

Kontraindikacije
Diabetiki in osebe z revmatičnimi deformacijami stopal se morajo pred uporabo tega izdelka posvetovati z zdravstvenim delavcem, da se zagotovi optimalno zdravljenje.

Navodila za uporabo
Čevlji primerni za vložke morajo imeti zadostno notranjo prostornino (zadostna dolžina in širina čevlja, po potrebi snemljivost vložka, zadostna debelina podplatov, bočno vodenje vložkov pri odprti obutvi). Izogibajte se neudobni obliki, ki utesnjuje stopalo. (a)
Poleg tega je pri zagotavljanju stabilne tekaške obutve potrebna ocena strokovno usposobljenega osebja, da se prepreči morebitna »prevelika korekcija«.
Pri izbiri velikosti vložkov služijo napotki na pakiranju zgolj za orientacijo. Ker vložki ustrezajo čevlju, morajo biti 1 cm daljši od stopala v stoječem, obremenjenem stanju. Preveriti je treba dodatno dolžino na obeh stopalih, saj lahko pride do razlik v dolžini. Če ste v dvomih, dolžino vložka določite glede na daljše stopalo. (b)
Vložek mora ležati plosko v čevlju in imeti po možnosti veliko stično površino s podplatom čevlja. Smiselno je, da je vložek na strani stopala v stilu z zgornjim delom čevlja, da bi omejili tveganje otiščancev in mehurjev na podplatu. (c)
Vložke je treba vedno nositi v paru! Izjeme določi lečeči zdravnik.
Izdelek je namenjen izključno individualni oskrbi pacienta ali pacientke.
Svoja stopala redno preverjajte glede morebitnih otiščancev, rdečice in drugih sprememb (ki jih lahko povzroča vložek). Če se težave ali spremembe stopnjujejo, vložek prenehajte uporabljati in se obrnite na strokovno usposobljeno osebje ali svojega zdravnika.
Faza navajanja: Tako kot pri številnih drugih medicinskih pripomočkih lahko tudi pri prvem nošenju pripomočka ErgoPad run & walk občutite rahlo neudobje. Zato priporočamo, da čevlje z vložki najprej nosite pribl. eno uro in nato čas nošenja postopoma podaljšujete, dokler vložki ne postanejo udobni za nošenje. Stopalo naj bi se na vložke navadilo v enem tednu. Če po tem obdobju še vedno občutite neudobje, se obrnite na strokovno usposobljeno osebje.
Po pribl. pol leta nošenja mora strokovnjak pregledati ustreznost vložkov.

Navodila za čiščenje
Vložke ErgoPad run & walk perite ročno z milom in mlačno vodo, ki ne presega pri 30 °C. Vložke nato pustite na zraku, da se posušijo. Ne uporabljajte zunanjih toplotnih virov (npr. ogrevanje, sušilec za lase ali neposredna sončna svetloba). Vložki niso primerni za pranje v pralnem stroju.
Uporabite lahko majhno količino blagega dezinfekcijskega sredstva, primernega za človeško kožo (lahko tudi v razpršilu). Pri tem ni izključeno razbarvanje materialov prevleke.

Mesto uporabe
Vložke morate nositi v ustreznih čevljih, pri čemer noge ne smejo biti bose.

Navodila za ponovno uporabo
Izdelek je namenjen izključno individualni oskrbi pacienta ali pacientke.

Garancija
Veljajo zakonska določila države, v kateri je bil izdelek kupljen. Po potrebi veljajo nacionalna pravila, ki urejajo garancijske pogodbe med trgovcem in kupcem. Ob sumu na garancijski primer se najprej obrnite neposredno na osebo, pri kateri ste nabavili izdelek.
Ne izvajajte samovoljnih sprememb na izdelku. To velja zlasti za individualne prilagoditve, ki jih izvaja strokovno osebje. Upoštevajte naša navodila za uporabo in vzdrževanje. Slednja temeljijo na naših dolgoletnih izkušnjah in zagotavljajo dolgoročno delovanje naših medicinskih pripomočkov. Samo optimalno delujoči medicinski pripomočki vam bodo namreč v pomoč. Poleg tega je lahko garancija ob neupoštevanju navodil omejena.
Spremembe barve, predvsem beljenje vložkov, so možne v času nošenja vložkov in so odvisne od številnih dejavnikov, kot npr. vsebnosti vlage in materiala nogavic. Ti dejavniki niso razlog za uveljavljanje garancije.

Omejitev odgovornosti
Ne poskušajte sami postaviti diagnoze ali se sami zdraviti, razen če spadate med strokovno osebje.[1] Pred prvo uporabo našega medicinskega pripomočka se posvetujte z zdravnikom ali strokovnim osebjem[1], saj lahko le ta oceni učinek našega izdelka na vaše telo in morebitna tveganja pri uporabi zaradi vaše telesne zgradbe. Upoštevajte nasvet strokovnega osebja in vsa navodila v tem dokumentu ali njegovi – tudi nepopolni – spletni različici (vključno z besedili, slikami, grafikami itn.). Če ste po posvetu s strokovnim osebjem še vedno v dvomih, se obrnite na svojega zdravnika, distributerja ali neposredno na nas.

Obveznost obveščanja
Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste dolžni vsak resen zaplet pri uporabi tega medicinskega pripomočka nemudoma javiti proizvajalcu in pristojnemu organu za medicinske pripomočke (v Nemčiji: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - zvezni inštitut za zdravila in medicinske pripomočke). Naše podatke za stik najdete na zadnji strani te brošure.

Odstranjevanje
Po končani uporabi izdelek odstranite med odpadke v skladu z državno zakonodajo.

Navodila za obdelavo
Prilagoditev:
Za optimalno prileganje je potrebna dodatna dolžina vložka ali čevlja za pribl. 1 cm v primerjavi s stopalom v stoječem položaju. (b) Če vložki ne ustrezajo velikosti vaših čevljev, jih lahko po želji obrežete ali toplotno preoblikujete. Upoštevajte naslednja navodila.
Obrezovanje:
1. Odstranite vložne podplate iz športnih čevljev in jih položite na vložke ErgoPad run & walk.
2. Petna dela postavite skupaj tako, da se popolnoma prekrivata in označite obris vložka za čevlje na vložku ErgoPad run & walk.
3. Režite vzdolž označenega obrisa v prednjem delu podplata. (Pazite, da vložka ne boste preveč obrezali. Priporočamo, da podplat najprej obrežete manj, ga vstavite v čevelj in ga nato po potrebi dodatno obrežete.)
4. Vložke ErgoPad run & walk namestite v svoje čevlje (leva / desna stran sta označeni na zadnji strani vložkov).

Toplotno preoblikovanje (d)
V izjemnih primerih in po posvetu s strokovnim usposobljenim osebjem[1] bo morda treba vložke prilagoditi obliki vašega stopala s toplotnim preoblikovanjem.
1. Po obrezovanju vložkov ErgoPad run & walk segrejte pečico na 90 °C / 200 °F.
2. Vložke (obrnjene s prevleko navzdol na čisto površino) postavite v pečico za pribl. dve minuti.

⚠ **Nevarnost opeklin! Pri jemanju vložkov iz pečice nosite zaščitne rokavice.**

3. Ko vzamete vložke iz pečice, jih takoj namestite v čevlje.
4. Čevlje nemudoma obujte (z nogavicami).
5. Nato dve minuti stojte vzravnano z nogami v širini ramen in obrnjenimi naprej.

Vložki so zdaj prilagojeni obliki vaših stopal.

Sestava materiala
Modificiran kopoliester (PET), Poliuretan (PUR), Poliester (PES)
MD – Medical Device (Medicinski pripomoček)
UDI – Oznaka kode podatkovne matrice kot edinstvenega UDI

Stanje informacij: 2025-09

[1] Strokovno osebje pomeni vsako osebo, ki je po veljavnih državnih ali institucionalnih predpisih in drugih priporočilih pooblaščena za prilagajanje in usposabljanje za uporabo ortopedskih pripomočkov. Kot proizvajalec močno priporočamo, da ima takšna oseba ortopedsko tehnično izobrazbo ali primerljivo pridobljeno strokovno znanje ter ortopedsko tehnično infrastrukturo.

ro romanian

Stimată pacientă, stimate pacient,
vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați **instrucțiunile de folosire** și, dacă aveți întrebări, să vă adresați medicului dvs. curant sau magazinului de specialitate, respectiv centrului service pentru clienți la numărul de telefon +49 (0) 800 0010530 (gratuit în Germania), sau la adresa de e-mail info@bauerfeind.com.

Destinația de utilizare
Die ErgoPad run & walk este un produs medical pentru picioare. Este vorba despre suporturi plantare de susținere concepute pentru creșterea confortului la purtare a pantofilor sport și pentru stabilizarea mișcării părții din spate a piciorului în timpul activităților sportive. Adecvat pentru: Pentru mers normal, drumeții și plimbări

Indicații
Suporturile plantare ErgoPad run & walk pot fi utilizate pentru prevenirea și pentru tratarea suprasolicitărilor cauzate de activitățile sportive:
• Dureri nespecifice din cauza suprasolicitării la picior
• Dureri de călcâi
• Simptomele tendonului lui Ahile
• Dureri de tibie
• Dureri de genunchi
Un alt domeniu de utilizare îl reprezintă prevenția și tratamentul durerilor care însoțesc activitatea sportivă la pacienții cu simptome de picior deformat:
• De la piciorul cu platfus ușor până la cel cu platfus pronunțat sau
• Cu picior ușor excavat

Riscuri în utilizare
⚠ Precauție: Înainte de aplicarea / folosirea unui suport plantar, consultați un medic sau personalul de specialitate[1].
Dacă volumul interior disponibil al încălțămintei nu este suficient pentru picior și pentru suportul plantar ales sau dacă sunt purtate în pantofi suporturi plantare de lungime și lățime incorecte (respectiv cu ghidaj lateral lipsă la tipurile de pantofi deschiși), nu sunt excluse probleme cu forma profilului (senzație de strâmtorare, apăsare, fricțiune).
Dacă picioarele se sprijină pe marginile suportului plantar, este posibilă formarea de bășici sau de bătături pe tălpi. Același lucru este de așteptat și dacă învelișul și / sau materialul pernei devin poroase sau cutate, respectiv se rup, ca urmare a suprasolicitărilor mecanice. Nu mai este permisă purtarea unor suporturi plantare deteriorate în acest mod!

Contraindicații
Pentru diabetici și persoanele care suferă de deformări reumatoide ale piciorului se recomandă un consult de specialitate înainte de utilizarea produsului, pentru a garanta tratamentul optim.

Indicații de utilizare
Pantofii adecvați pentru suporturile plantare trebuie să prezinte un volum interior suficient atât pentru picior cât și pentru suportul plantar ales (lungime / lățime suficientă a pantofului, eventual talpă detașabilă suficient de groasă, cu pernă, ghidaj lateral al suporturilor plantare pentru tipurile de pantofi deschiși).
Trebuie neapărat evitată o formă strâmtorată neconfortabilă, cu profil care strânge piciorul. (a)
De asemenea, la tratamentul cu pantofi stabili este necesară o evaluare a personalului de specialitate[1], pentru e evita o posibilă „supracorectare".
La alegerea mărimii corecte a suporturilor plantare, indicațiile de pe ambalaj au doar rol orientativ. Ca și în cazul pantofilor potriviți, suporturile plantare trebuie să fie cu cel puțin 1 cm mai lungi față de piciorul solicitat în poziție „în picioare". Vă rugăm să controlați adaosul de lungime la ambele picioare, deoarece sunt posibile diferențe de lungime. În caz de dubiu, mărimea este dată de piciorul mai lung. (b)
Suportul plantar trebuie să stea drept în pantof și să prezinte o suprafață de contact cât mai mare pe branțul pantofului. Pe partea piciorului, este necesar contactul lateral al suportului plantar cu fața încălțămintei, pentru a limita riscul de apariție a punctelor de apăsare și formarea de bășici pe pielea tălpii piciorului. (c)
Trebuie purtate întotdeauna ambele suporturi plantare ale unei perechi! Excepțiile se vor stabili de către medicul curant.
Produsul este conceput pentru îngrijirea individuală a unui pacient.
Vă rugăm să vă examinați periodic picioarele pentru a constata dacă apar puncte de presiune, înroșiri și alte modificări (cauzate de purtarea suportului plantar). Dacă apar probleme sau modificări, întrerupeți utilizarea suportului plantar și adresați-vă personalului de specialitate[1] sau medicului care se ocupă de tratament.
Faza de acomodare: Ca la multe alte mijloace medicale auxiliare, este posibil ca în primele zile de purtare a suporturilor plantare ErgoPad run & walk să aveți o senzație neobișnuită. De aceea vă recomandăm să începeți purtarea cu 1 oră pe zi și să prelungiți treptat durata de purtare, până când simțiți suportul plantar confortabil la purtare. Timpul de acomodare nu durează de regulă mai mult de o săptămână. În cazul în care continuați să simțiți un disconfort după această perioadă, adresați-vă personalului de specialitate[1].
După o durată de purtare de cca. o jumătate de an, funcționalitatea suporturilor dvs. plantare trebuie verificată de către personal de specialitate.

Instrucțiuni de curățare
Spălați ErgoPad run & walk manual la 30 °C, cu apă călduță și săpun. Lăsați suporturile plantare să se usuce la aer. Nu folosiți surse exterioare de căldură (de ex. calorifer, uscător de păr sau expunerea directă la soare). Suporturile plantare nu sunt adecvate pentru spălatul în mașină.
Se pot utiliza, în dozaj economic (prin pulverizare), substanțe de dezinfectare slabe, adecvate pentru contactul cu pielea umană. Nu sunt excluse modificări de culoare ale materialului învelișului.

Locul de utilizare
Suporturile plantare trebuie purtate cu piciorul încălțat cu ciorap, în încălțăminte adecvată.

Indicații de reutilizare
Produsul este conceput pentru îngrijirea individuală a unui pacient.

Garanția producătorului
Se aplică prevederile legale ale țării în care s-a achiziționat produsul. Dacă sunt relevante, se aplică reglementările cu privire la garanție valabile în țara respectivă în relația dintre distribuitor și cumpărător. În cazul în care considerați că este justificată solicitarea garanției, vă rugăm să vă adresați direct entității de la care ați achiziționat produsul.
Vă rugăm să nu aduceți modificări neautorizate produsului. Acest lucru este valabil mai ales pentru ajustările individuale realizate de personalul de specialitate. Vă rugăm să respectați instrucțiunile noastre de utilizare și îngrijire. Acestea se bazează pe experiența noastă îndelungată și garantează pe termen lung funcționarea produselor noastre cu efect medical. Căci dispozitivele asistive nu vă ajută decât cu condiția să funcționeze optim. În plus, nerespectarea instrucțiunilor poate limita garanția.
Ușoare modificări de culoare, în special decolorarea învelișurilor suporturilor plantare, sunt posibile pe parcursul duratei de folosire, acestea depinzând de diferiți factori, cum ar fi conținutul de umiditate și materialul ciorapilor. Ele nu reprezintă un motiv de solicitare a garanției legale.

Informații privind răspunderea
Nu recurgeți la autodiagnosticare sau la automedicație, cu excepția cazului în care faceți parte din personalul de specialitate[1]. Înainte de a începe să utilizați produsul nostru medical, trebuie să solicitați sfatul unui medic sau al personalului de specialitate[1], întrucât aceasta este singura modalitate de a evalua efectele produsului nostru asupra organismului dumneavoastră și de a stabili dacă există riscuri în utilizarea produsului, determinate de constituția individuală. Respectați instrucțiunile primite din partea personalului de specialitate, precum și toate instrucțiunile din acest document sau din versiunea publicată online, integral sau parțial (inclusiv: texte, imagini, reprezentări grafice etc.).
Dacă încă aveți nelămuriri după ce v-ați consultat cu personalul de specialitate, vă rugăm să luați legătura cu medicul dumneavoastră sau cu comerciantul de la care ați achiziționat produsul sau să ne contactați direct.

Obligația informării
Datorită reglementărilor legale regionale, sunteți obligat să raportați orice incident grav apărut în timpul utilizării acestui produs medical atât producătorului, cât și autorității competente pentru produse medicale (în Germania: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - institutul federal pentru medicamente și produse medicale). Datele noastre de contact le găsiți pe partea posterioară a acestei broșuri.

Eliminarea ca deșeu
Puteți dezafecta produsul în conformitate cu prescripțiile naționale.

Indicații de prelucrare
Potrivirea:
Prin forma optimă se înțelege un adaos de lungime a suportului plantar, respectiv a pantofului de cca. 1 cm față de lungimea piciorului în poziție „în picioare" (b). În cazul în care suporturile plantare nu prezintă dimensiunea adecvată pentru pantofii dumneavoastră, acestea pot fi decupate sau modelate termic. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos.
Decuparea:
1. Îndepărtați branțul detașabil din interiorul pantofului sport și așezați-l pe suportul plantar ErgoPad run & walk.
2. Îndreptați părțile pentru călcâi în așa fel încât să se suprapună exact una peste alta și marcați conturul branțului pe suportul dvs. plantar ErgoPad run & walk.
3. Decupați pe linia de contur marcată în partea din față a piciorului. (Aveți grijă să nu decupați prea mult suportul plantar. Recomandăm să tăiați mai puțin la început, să probați și apoi să mai decupați, dacă este cazul.)
4. Așezați suporturile ErgoPad run & walk în perechi în pantofii dvs. (partea stângă / partea dreaptă sunt marcate pe dosul suportului plantar).

Deformarea termică (d)
În cazuri excepționale poate fi necesar să adaptați suporturile plantare la forma piciorului dvs., prin deformare termică, după consultarea personalului de specialitate[1].
1. După decuparea suporturilor plantare ErgoPad run & walk , încălziți cuptorul la 90 °C / 200 °F.
2. Puneți suporturile plantare în cuptor (cu învelișul în jos, pe un suport curat) cca. 2 minute.

⚠ **Pericol de ardere! Când scoateți suporturile plantare din cuptor, purtați mânuși de protecție.**

3. Introduceți suporturile plantare în pantofi imediat după ce le scoateți din cuptor.
4. Încălțați-vă cu pantofii imediat după aceea (cu ciorapi).
5. Stați în picioare timp de 2 minute, ținând picioarele depărtate la nivelul umerilor, cu vârfurile orientate spre înainte.

Suporturile plantare sunt adaptate acum formei piciorului dvs.

Compoziția materialului
Copoliester modificat (PET), Poliuretan (PU), Poliester (PES)
MD – Medical Device (Dispozitiv medical)
UDI – Identificator MatriceDate sub formă de UDI

Data informațiilor: 2025-09

[1] Personalul de specialitate este format din toate persoanele care sunt autorizate să monteze și să instruiască în ceea ce privește utilizarea mijloacelor auxiliare ortopedice în conformitate cu reglementările de stat sau instituționale aplicabile și cu alte cerințe. În calitate de producător, recomandăm insistent ca aceste persoane să aibă pregătirea corespunzătoare în domeniul tehnologiei ortopedice sau alte competențe comparabile, precum și să dispună de infrastructură în domeniul tehnologiei ortopedice.

tr türkçe

Sayın Hastamız,
kullanım talimatını dikkatle okuyun ve herhangi bir sorunuz olursa doktorunuz, yetkili satıcınız veya müşteri hizmetleri departmanımız ile Tel. +49 (0) 800 0010530 veya info@bauerfeind.com (Almanya içinde ücretsiz) üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Kullanım amacı
ErgoPad run & walk, ayaklar için tasarlanmış tıbbi bir üründür. Spor ayakkabının giyim konforunu artıran bir destekleyici tabanlıktır ve spor aktivitelerinde arka ayak hareketinin stabilizasyonunu sağlar. Aşağıdakiler için uygundur: Koşu, doğa gezintisi ve yürüyüş

Endikasyonlar
ErgoPad run & walk tabanlık, spora özel aşırı stres sonucu ortaya çıkan şikayetlerin önlenmesi ve tedaviye yardımcı olması için kullanılabilir:
• Ayakta belirli olmayan, aşırı yüklenme sonucu rahatsızlıklar
• Topuk ağrıları
• Aşil tendonu semptomları
• Kaval kemiği rahatsızlıkları
• Diz şikayetleri
Diğer bir kullanım alanı ise şu ayak tiplerinde spor esnasında ortaya çıkan rahatsızlıkları önlemek ve tedaviyi desteklemektir:
• Hafif-ileri derecede düz / taraklı taban veya
• Hafif derecede talipes cavus

Kullanım Riskleri
⚠ Dikkat: Tabanlık uygulaması / kullanımından önce bir doktora veya bir uzmana[1] danışılmalıdır.
Ayakkabıda mevcut olan iç hacim sadece ayak için yeterli ise veya ayak ortezi ayakkabı içinde doğru olmayan bir uzunlukta veya genişlikte (örn. açık ayakkabılarda yan kılavuz olmadan) kullanılıyorsa kalıp sorunları (sıkma ve bastırma hissi, sürtünme) meydana gelebilir.
Ayakların ayak ortezlerinin kenarına gelmesi durumunda ayak tabanlarında kabarcıklar veya nasır oluşabilir. Üst kaplama ve / veya yumuşatma malzemesi mekanik aşırı yük nedeniyle delinir veya katlanırsa ya da kırılırsa aynı sonuçlar oluşabilir. Bu şekilde hasar görmüş olan ayak ortezleri kesinlikle kullanılmamalıdır!

Kontrendikasyonlar
En uygun tedavi için diyabet hastaları ve romatoid kaynaklı ayak deformasyonlarına sahip insanlar bu ürünü kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

Kullanım talimatı
Ayak ortezine uygun ayakkabılar hem ayak hem de ayak ortezi için yeterince iç hacme sahip olmalıdır (yeterli uzunlukta ve genişlikte ayakkabı, çıkarılabilir, yeteri kadar kalın dolgu tabanı, açık tip ayakkabılarda ayak ortezlerinin yan kılavuzu). Konforlu olmayan, ayağı sıkan kalıplardan kaçınılmalıdır. (a)
Olası bir "aşırı düzeltmeyi" engellemek amacıyla stabil koşu ayakkabıları ile yapılan tedavide uzmana[1] danışmak gereklidir.
Ayak ortezlerinin büyüklüğe göre seçiminde ambalaj bilgileri sadece yönlendirme amaçlıdır. Doğru ayakkabılarda olduğu gibi ayak ortezi de ayaktan en az 1 cm daha uzun olmalıdır. Uzunluk farkı oluşabileceğinden lütfen ayakların uzunluğunu kontrol edin. Tereddütlü durumlarda uzun ayağın uzunluğu esas alınmalıdır. (b)
Ayak ortezi ayakkabının içinde düz durmalı ve ayakkabı iç tabanı ile mümkün olduğunca büyük bir temas yüzeyine sahip olmalıdır. Ayak topuğu derisinde basınç noktaları ve kabarcıkların oluşmasını engellemek amacıyla ayak ile tabanlık arasında temas olması önemlidir. (c)
Ayak ortezleri daima çift olarak kullanılmalıdır! İstisnalar doktor tarafından belirlenmelidir.
Ürün tek bir hastanın kişisel tedavisi için öngörülmüştür.
Lütfen ayaklarınızı sürekli olarak olası baskı noktası, kızarıklıklar veya diğer değişiklikler (ayak ortezi nedeniyle meydana gelen) açısından kontrol edin. Şikayetler veya değişiklikler artarsa, tabanlığı kullanmayı bırakın ve uzman personele veya doktorunuza danışın.
Alışma dönemi: Birçok medikal üründe olduğu gibi ErgoPad run & walk tabanlıkları da ilk günlerde rahatsızlık hissi verebilmektedir. Bu nedenle ilk günlerde yaklaşık 1 saatlik kullanım süresiyle başlayın ve bu süreyi ayak ortezi rahat hale gelene kadar her defasında biraz arttırın. Alıştırma süresi bir haftadan fazla sürmemelidir. Daha sonra halen rahatsızlık hissediyorsanız uzman personele danışın.
Yaklaşık altı aylık bir kullanımdan sonra ayak ortezlerinin fonksiyonu uzman personel tarafından kontrol edilmelidir.

Temizlikle talimatı
ErgoPad run & walk'u 30 °C derecede sabun ve ılık su ile elde yıkayın. Daha sonra ayak ortezlerini temiz havada kurutun. Harici bir ısı kaynağı kullanmayın (örn. ısıtıcı, saç kurutma makinesi veya doğrudan güneş ışığı). Ayak ortezleri çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir.
Yumuşak, insan cildi için uygun dezenfeksiyon malzemeleri az dozajlı olarak kullanılabilir (püskürtülebilir). Bu esnada kaplama malzemelerinde renklenmeler oluşabilir.

Kullanım bilgileri
Ayak ortezleri uygun ayakkabı içinde çoraplı olarak kullanılmalıdır.

Yeniden kullanım şartları
Ürün tek bir hastanın kişisel tedavisi için öngörülmüştür.

Garanti
Ürünün satın alındığı ülkenin yasal hükümleri geçerlidir. Gerekli olduğu durumlarda alıcı ile satıcı arasında ülkeye özgü garanti koşulları geçerlidir. Bir garanti durumunda lütfen öncelikle doğrudan ürünü tedarik ettiğiniz kuruma başvurunuz.
Lütfen kendi başınıza ürün üzerinde değişiklikler yapmayınız. Bu, özellikle uzman personel tarafından gerçekleştirilen bireysel uyarlamalar için geçerlidir. Lütfen kullanım ve bakım talimatlarını dikkate alınız. Bunlar uzun yıllara dayanan tecrübelerimiz temel alınarak hazırlanmıştır ve medikal açıdan etkili ürünlerimizin işlevlerini uzun süre yerine getirmelerini sağlar. Sadece en uygun şekilde çalışan yardımcı malzemeler sizi destekler. Ayrıca talimatların dikkate alınmaması garantiyi sınırlayabilir.
Tabanlıkların kullanımı esnasında hafif solmalar, özellikle tabanlık astarlarının solması meydana gelebilir ve örn. nem oranı veya çorap malzemesi gibi farklı nedenlere bağlı olabilir. Bunlar garanti için bir koşul oluşturmaz.

Sorumluluk kapsamı
Uzman[1] değilseniz kendi kendinize tanı koymayın veya kendi kendinize ilaç kullanmayın. Tıbbi ürünümüzü ilk kez kullanmadan önce, ürünümüzün vücudunuz üzerindeki etkisini değerlendirmenin ve kişisel yapı nedeniyle ortaya çıkabilecek kullanım risklerini belirlemenin tek yolu bu olduğundan, aktif olarak bir doktorun veya uzmanın[1] tavsiyesini alın. Bu uzmanın tavsiyelerine ve bu belgedeki / veya çevrim içi sunumundaki tüm talimatlara, alıntılarda bile uyun (ayrıca: metinler, resimler, grafikler vb.). Uzmanla görüştükten sonra herhangi bir şüpheniz kalırsa, lütfen doktorunuza, bayinize veya doğrudan bize başvurun.

Bildirme yükümlülüğü
Bölgesel yasal yönetmelikler nedeniyle, bu tıbbi ürünü kullanırken meydana gelen her ciddi olayı hem üreticiye hem de yetkili makama (Almanya'da: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - federal ilaç ve tıbbi ürünler enstitüsü) derhal bildirmeniz gerekir. İletişim bilgilerimizi bu broşürün arka sayfasında bulabilirsiniz.

Atık giderme
Ürünü ulusal yasal yönetmelikler doğrultusunda imha edebilirsiniz.

İşleme bilgileri
Uyum:
En uygun bir kalıp formu için ayak ortezi uzunluğunun ve de ayakkabının, ayak uzunluğundan yakl. 1 cm daha uzun olması gerekmektedir (b). Ayakkabınıza uymaması halinde keserek veya ısı yardımıyla ayak ortezinin şeklini değiştirebilirsiniz. Lütfen aşağıda belirtildiği şekilde hareket edin.
Kesme:
1. Ayak ortezlerini spor ayakkabınızdan çıkarın ve ErgoPad run & walk üzerine yerleştirin.
2. Topuk tarafını ve iç kısımları birbirinin üzerine tam olarak gelecek şekilde ayarlayın ve ayak ortezinizin kenarlarını ErgoPad run & walk üzerine çizin.
3. Ön ayak bölgesinde çizmiş olduğunuz çizgiler üzerinden kesin. (Ayak ortezini çok küçük kesmemeye dikkat edin. İlk olarak daha az kesmenizi, ayak ortezini denemenizi ve daha sonra gerekirse yeniden kesmenizi tavsiye ederiz.)
4. ErgoPad run & walk tabanlıklarınızı çift olarak ayakkabınıza yerleştirin (sağ / sol taraflar ayak ortezlerinin arka tarafında işaretlidir).

Isı yoluyla şekil verme (d)
İstisnai durumlarda ayak ortezlerinin uzman personele danışarak ısı yoluyla şekil vererek ayak kalıbınıza uyarlanması gerekebilir.
1. ErgoPad run & walk tabanlığınızı kestikten sonra fırını 90 °C / 200 °F sıcaklığında ısıtın.
2. Ayak ortezlerini üst kaplama aşağıda olacak şekilde temiz bir altlık üzerine) yakl. 2 dakikalığına fırına verin.

⚠ **Yanma Tehlikesi ! Ayak ortezlerini fırından çıkarmak için koruyucu eldiven kullanın.**

3. Ayak ortezlerini fırından çıkarır çıkarmaz derhal ayakkabılarınızın içine yerleştirin.
4. Hemen ayakkabılarınızı giyin (çorapla).
5. Şimdi 2 dakika boyunca dik bir şekilde ayakta durun, ayaklarınız omuz aralığı kadar birbirinden açık olmalı ve öne doğru bakmalıdır.

Ayak ortezleriniz artık ayaklarınızın kalıbına uyarlanmıştır.

Malzeme içeriği
Modifiye Kopolyester (PET), Poliüretan (PUR), Polyester (PES)
MD – Medical Device (Tıbbi cihaz)
UDI – UDI veri matrisi niteleyicisi

Son revizyon: 2025-09

[1] Uzman, ortopedik yardımcı gereçlerinin kullanımı alanında uyarlama ve kullanım talimatlarını sunmak için geçerli yasal düzenlemeler veya kurum yönetmelikler ve diğer gereklilikler doğrultusunda yetki sahibi olan kişidir. Üretici olarak, böyle bir kişinin ortopedi eğitimi almış veya benzer becerilere sahip olmasının yanı sıra ortopedik bir altyapıya sahip olmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

ru русский

Уважаемые пациенты!
Внимательно прочитайте **инструкцию по использованию** и следуйте приведенным в ней указаниям, в случае возникновения вопросов обратитесь к своему лечащему врачу, в специализированный магазин, в котором приобретено изделие, или в сервисную службу нашей компании по тел. +49 (0) 800 0010530 (внутри Германии звонки бесплатные) либо по адресу info@bauerfeind.com.

Назначение
ErgoPad run & walk является продуктом медицинского назначения для стоп. Это поддерживающая стелька для повышения комфорта использования спортивной обуви и стабилизации таранной и пяточной кости при спортивной активности. Подходят для: бега, путешествий и ходьбы

Показания
Стелька ErgoPad run & walk служит для профилактики и сопутствующей терапии специфичных для спорта недомоганий, связанных с повышенными нагрузками:
• Неспецифические боли в ногах, связанные с повышенными нагрузками
• Боли в пятке
• Поражения ахиллова сухожилия
• Боли в большеберцовой кости
• Боли в колене
Другой областью применения является профилактика и сопутствующая терапия болей, возникающих при спортивных занятиях с различной выраженностью:
• Слабо и средне выраженное поперечное плоскостопие или
• Слабо выраженная полая стопа

Риск при использовании изделия
⚠ Внимание: Перед применением / использованием стельки необходимо проконсультироваться с врачом или квалифицированным специалистом[1].
Если внутреннего объема в обуви недостаточно для ноги и выбранной стельки или используются стельки в обуви неправильной длины и ширины (или с отсутствующим боковым введением для открытого типа обуви), не исключены проблемы с прилеганием (ощущение давления, трение).
Если стопа находится на кромке стельки, возможно образование волдырей и мозолей на подошве ног. Этого же стоит ожидать, если верхний слой и / или материал подкладки в результате механической перегрузки продырявлены или образовались складки или порывы. Стельки с подобными повреждениями запрещено носить!

Противопоказания
Прежде чем пользоваться этим изделием диабетикам и людям с ревматоидной деформацией ступни следует получить консультацию врача, чтобы гарантировать их оптимальное действие.

Указания по использованию
Обувь, подходящая для использования стелек, должна иметь достаточный внутренний объем, как для ноги, так и для выбранной стельки (достаточная длина / ширина обуви, при необходимости извлекаемая, достаточно толстая подметка, боковая направляющая стельки для обуви открытого типа). Обязательно избегайте неудобного стесняющего ногу прилегания. (a)
Далее, чтобы избежать возможной «гиперкоррекции» при обеспечении обувью для бега, необходимо заручиться оценкой специалиста.
При выборе размера стельки указания на упаковке имеют ориентировочное значение. Как и правильно подобранная обувь, стельки должны быть длиннее стопы в положении нагрузки стоя минимум на 1 cm. Проверяйте припуски длины для обеих ног, поскольку возможна различная длина. В случае сомнений определяйте размер по более длинной ноге. (b)
Стелька должна лежать в обуви прямо и иметь как можно большую площадь соприкосновения со стелькой обуви. Контакт сбоку между стелькой и голенищем обуви целесообразен для ограничения риска сдавливания и образования волдырей на коже стопы. (c)
Всегда носите стельки парно! Исключения должен определить Ваш лечащий врач.
Изделие предназначено для индивидуального использования одним пациентом.
Регулярно проверяйте свои ноги на предмет мест сдавления, покраснений и прочих изменений (вызванных стелькой). При увеличении дискомфорта или появлении каких-либо изменений прекратите использование стельки и обратитесь к квалифицированному специалисту или к своему лечащему врачу.
Этап привыкания: Как и для многих других вспомогательных медицинских средств, может случиться, что в первые дни ходить со стельками ErgoPad run & walk будет немного непривычно. Поэтому мы рекомендуем начинать носить стельки с 1 часа в день и каждый день медленно увеличивать продолжительность ношения, пока стельки не станут удобными. Время привыкания не должно быть дольше одной недели. Если после этого все еще сохранились неприятные ощущения, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Проносив стельки около полгода, обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы он проверил их функциональность.

Указания по уходу за изделием
Мойте ErgoPad run & walk при 30 °C вручную с мылом и теплой водой. Сушите стельки на воздухе. Не используйте внешние источники тепла (например, батареи отопления, фен для волос или прямой солнечный свет). Стельки не пригодны для машинной стирки.
Можно использовать мягкое, подходящее для человеческой кожи дезинфицирующее средство (в виде спрея). При этом не исключено обесцвечивание материалов верхнего слоя.

Часть тела, для которой применяется данное изделие
Стельки предназначены для ношения на ногах с носками в подходящей обуви.

Указания по повторному использованию
Изделие предназначено для индивидуального использования одним пациентом.

Гарантия
Действуют законодательные положения страны, в которой приобретено изделие. Если это уместно, действуют правила предоставления гарантии между продавцом и покупателем, установленные для данной страны. Если предполагается гарантийный случай, обращайтесь сначала непосредственно к лицу, у которого Вы приобрели изделие.
Не вносите самостоятельно никаких изменений в изделие. Это в особенности касается индивидуальной подгонки, выполненной специалистом[1]. Выполняйте наши указания по использованию и уходу. Они основываются на нашем многолетнем опыте и гарантируют функционирование наших медицинских изделий в течение долгого времени, так как помочь Вам могут только оптимально функционирующие вспомогательные средства. Кроме того, несоблюдение указаний может привести к ограничению гарантии.
Незначительное обесцвечивание, особенно выцветание покрытия стельки возможно на протяжении использования стельки и зависит от различных факторов, например, содержание влаги и материал чулок. Это не является причиной гарантийного случая.

Указания об ответственности
Не занимайтесь самодиагностикой или самолечением, если вы не являетесь специалистом[1]. Перед первым использованием нашего медицинского изделия обязательно обратитесь за консультацией к врачу или специалисту[1], поскольку только они могут оценить воздействие изделия на ваш организм и при необходимости выявить риск при использовании изделия, обусловленный индивидуальной конституцией. Следуйте рекомендациям этих специалистов, а также всем указаниям настоящей инструкции или ее онлайн-версии,включая частичные публикации (в т. ч. тексты, фотографии, изображения и т. д.).
Если после консультации специалиста у вас остались сомнения, свяжитесь со своим врачом, дистрибьютором или непосредственно с нами.

Обязанность извещения
В соответствии с предписаниями регионального законодательства о каждом серьезном инциденте, произошедшем при использовании данного медицинского изделия, следует незамедлительно извещать как производителя, так и ответственный за медицинские изделия орган (в Германии — Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий). Наши контактные данные указаны на обратной стороне брошюры.

Утилизация
Утилизация осуществляется в соответствии с нормами действующего национального законодательства.

Указания по подгонке
Подгонка:
При оптимальной форме прибавка длины стельки или обуви составляет около 1 cm по сравнению со стопой в положении стоя (b). Если размер стельки не подходит к вашей обуви, стельку можно обрезать или подвергнуть термическому моделированию. При этом действуйте в соответствии с нижеследующими указаниями.
Обрезка:
1. Вытащить стельки-вкладыши из обуви и положить их на стельки ErgoPad run & walk.
2. Выровняйте части пятки так, чтобы они точно находились одна под другой и обведите стельки ErgoPad run & walk по контуру.
3. Обрежьте по очерченной линии. (Следите за тем, чтобы не обрезать слишком много. Мы рекомендуем сначала обрезать меньше, примерить стельку, а потом при необходимости обрезать еще).
4. Вложите стельки ErgoPad run & walk попарно в вашу обувь (левая / правая стелька отмечены с обратной стороны).

Термическое изменение формы (d)
В исключительных случаях может потребоваться выполнение подгонки стельки по форме стопы путем термического изменения формы.
1. После обрезки стелек ErgoPad run & walk нагрейте духовку до температуры 90 °C / 200 °F.
2. Положите стельки в духовку примерно на 2 минуты (верхним слоем вниз на чистое основание).

⚠ **Опасность ожога! Для извлечения стелек из духовки используйте защитные перчатки.**

3. Как только вытащите стельки из духовки, сразу вложите их в обувь.
4. После этого быстро наденьте обувь (с толстыми носками).
5. Постойте две минуты ровно, ноги на ширине плеч, ступни параллельно друг другу.

Теперь стельки подогнаны по форме ваших стоп.

Состав материала
Модифицированный сополиэстер (PET), Полиуретан (PUR), Полиэстер (PES)
MD – Medical Device (Медицинское оборудование)
UDI – Классификатор матрицы данных как UDI

Информация по состоянию на: 2025-09

[1] Специалист — это лицо, которое в соответствии с действующими государственными или ведомственными нормами и другими требованиями имеет право проводить подгонку ортопедических вспомогательных средств и давать указания относительно их надлежащего применения. Компания-производитель считает необходимым, чтобы такой специалист имел специальное образование в области ортопедии или сопоставимые профессиональные навыки, а также располагал оборудованием для ортопедических процедур.

et eesti

Hea patsient!
Palun lugege **kasutusjuhend** hoolikalt läbi ja järgige seda ning pöörduge tekkivate küsimuste korral raviarsti, spetsiaalse kaupluse või meie klienditeeninduse poole, helistades Saksamaa telefoninumbrile +49 (0)800 0 01 05 30 (Saksamaa sisesed kõned tasuta) või kirjutades meiliaadressile info@bauerfeind.com.

Otstarve
ErgoPad run & walk on jalgadele mõeldud meditsiinitoode. See on toetav sisetald kandmismugavuse suurendamiseks spordijalatsis ja jala tagasiliikumise stabiliseerimiseks kehalise aktiivsuse korral.
Sobib jooksmiseks, matkamiseks, kõndimiseks.

Näidustused
Sisetalda ErgoPad run & walk võib kasutada sportimisest tingitud ülekoormusvaevuste ennetamiseks ja kaasuvaks raviks.
• Jala mittespetsiifilised ülekoormusvaevused
• Kannavalud
• Achilleuse kõõluse vaevused
• Sääreluu vaevused
• Põlvekaebused
Täiendav kasutusala on jalgadel avalduvate spordivaevuste ennetus ja kaasuv ravi.
• Kerge kuni väljakujunenud jalavõlvi madaldumine või
• Kerge kõrge pikivõlv

Kasutusriskid
⚠ Ettevaatust! Enne sisetalla kasutamist tuleb konsulteerida arsti või spetsialistiga[1].
Kui jalanõu siseruum jääb jala ja valitud sisetalla jaoks väikseks või kui jalanõudes kasutatakse vale pikkuse ja laiusega sisetaldu (näiteks külgtoe puudumine lahtiste jalanõude puhul), ei ole sobivusprobleemid (pigistamis- ja muljumistunne ning hõõrumine) välistatud.
Kui jalad jäävad sisetaldade servade peale, võivad kandadele tekkida villid või võib moodustuda sarvnahk. Samade probleemidega tuleb arvestada ka siis, kui katte- ja / või polstrimaterjali tekivad mehaanilise ülekoormuse tagajärjel augud või voldid või kui see rebeneb. Sel viisil kahjustatud sisetaldu ei tohi edasi kanda!

Vastunäidustused
Diabeetikud ja reumatoidsete labajala deformatsioonidega inimesed peavad enne selle toote kasutamist parima ravi tagamiseks meditsiinialast nõu küsima.

Kasutamisjuhised
Sisetaldade kasutamiseks sobilikud jalanõud peavad olema piisavalt suure siseruumiga, et sinna mahuks nii jalg kui ka valitud sisetald (piisava pikkuse / laiusega jalanõu, võimaluse korral eemaldatav ja piisava paksusega polsterdatud kannaosa, lahtiste jalanõude puhul sisetalla külgmine tugiserv). Ebamugavat ja jalga piiravat vormi tuleb kindlasti vältida. (a)
Lisaks on stabiilsete jooksujalatsitega varustamisel vajalik spetsialisti hinnang, et vältida võimalikku „ülekorrigeerimist".
Sisetaldade suuruse valikul on pakendil toodud juhised vaid suuniseks. Nagu õigesti sobivad jalanõudki, peavad ka sisetallad olema seismise ajal koormuse all labajalast vähemalt 1 cm pikemad. Kontrollige seda pikkusevahet mõlema labajala peal, sest nende pikkus võib erineda. Kahtluse korral määrab suuruse pikem labajalg. (b)
Sisetald peab asetsema jalanõus otse ning sel peab olema maksimaalne kontaktpind jalanõu sisetallaga. Jala küljelt võiks sisetald puutuda vastu jalatsi pealismaterjali, et vähendada jalatalla nahka muljuvate kohtade ja villide tekke ohtu. (c)
Sisetaldu tuleb alati kanda paaris! Erandid näeb ette raviarst.
Toode on mõeldud kliendile individuaalseks kasutamiseks.
Kontrollige oma jalgu regulaarselt muljumiskohtade, punetuse ja muude (sisetaldade tekitatud) muutuste suhtes. Vaevuste või muutuste suurenemisel peatage sisetalla kasutamine ja pöörduge spetsialisti või oma raviarsti poole.
Harjumisaeg. Nagu paljude meditsiiniliste abivahendite puhul, võib ka ErgoPad run & walk olla esmakordsel kandmisel harjumatu. Soovitame Teil seega alustada u ühe tunni pikkuse kandmisajaga ning seda aeglaselt suurendada, kuni sisetalla kandmine muutub mugavaks. Sissekandmise aeg ei tohiks kesta üle nädala. Kui tunnete seejärel, et kandmine on endiselt ebamugav, pöörduge spetsialisti poole. Umbes pooleaastase kandmisaja järel peab laskma spetsialistil kontrollida sisetaldade funktsionaalsust.

Puhastusjuhised
Puhastage ErgoPad run & walk käsitsi 30 °C juures seebi ja leige veega. Laske sisetaldadel õhu käes kuivada. Ärge kasutage väliseid soojusallikaid (nt küttekeha, föön või otsene päikesekiirgus). Sisetaldu ei tohi pesta masinaga.
Õrnatoimelisi inimese naha desinfektsioonivahendeid tohib kasutada väikestes kogustes (peale pihustades). Seejuures võib kattematerjali värvus muutuda.

Kasutuskoht
Sisetaldu tuleb kanda sukkadega ja sobilikes jalanõudes.

Juhised korduskasutuseks
Toode on mõeldud kliendile individuaalseks kasutamiseks.

Garantii
Kehtivad selle riigi seadussätted, kus toode osteti. Kui see on asjakohane, siis kehtivad ka riigisisesed müüja ja ostja vahelised garantiireeglid. Garantii eesmärgil pöörduge otse selle edasimüüja poole, kellelt toote ostsite. Ärge tehke ise tootel mingeid muudatusi. See kehtib just spetsialistide tehtud individuaalsete muudatuste kohta. Järgige meie kasutus- ja hooldusjuhiseid. Need tuginevad meie aastatepikkusele kogemusele ja tagavad meie toote pikaajalise meditsiinilise toime. Abi on ainult sellistest vahenditest, mis toetavad teid parimal moel. Peale selle võib nende juhiste eiramine garantiid piirata.
Sisetaldade kasutusaja jooksul võib ette tulla värvuse muutusi, iseäranis kattematerjali pleekimist, mis sõltuvad erinevatest teguritest, näiteks niiskuse hulgast ja sukkade materjalist. Garantii seda ei hõlma.

Vastutust puudutav teave
Ärge diagnoosige või ravige end ise, kui Te ei ole spetsialist[1]. Enne meie meditsiinitoote esmakordset kasutamist küsige tingimata nõu mõnelt arstilt või spetsialistilt[1], sest ainult nii saab hinnata meie toote mõju Teie kehale ja vajaduse korral määrata Teie tervise põhjal kasutamisest tulenevaid riske. Järgige nende spetsialistide näpunäiteid, samuti kõiki selles dokumendis või – ka osalisi – veebiväljaandes olevaid juhiseid (sh tekstid, pildid, graafikud jne).
Kui konsultatsioonijärgselt jääb spetsialistiga konsulteerimisel kahtlusi, võtke ühendust oma arsti, edasimüüja või otse meiega.

Teatamise kohustus
Tulenevalt riigi poolt kehtestatud õigusaktidest on Teil kohustus viivitamatult teavitada nii selle meditsiinitoote tootjat kui ka vastutavat ametiasutust mis tahes tõsisest juhtumist seoses selle meditsiinitoote kasutamisega (Saksamaal: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - föderaalne ravimite ja meditsiinitoodete instituut). Meie kontaktandmed leiate selle brošüüri tagaküljelt.

Jäätmekäitlus
Toode kuulub kõrvaldamisele kasutusriigis kehtivate eeskirjade kohaselt.

Töötlemisjuhised
Sobitamine:
Sobivaks vormiks loetakse seistes labajalast u 1 cm võrra pikemat sisetalda või jalatsit. (b) Kui teie jalanõu jaoks ei ole sobivas suuruses sisetaldu, saate need ise parajaks lõigata või termiliselt vormida. Toimige alljärgnevate juhiste järgi.
Parajaks lõikamine:
1. Võtke sisetallad oma spordijalatsitest välja ja asetage need sisetaldade ErgoPad run & walk peale.
2. Pange kannaosad täpselt kohakuti ja joonistage jalanõu sisetalla piirjooned sisetalla ErgoPad run & walk peale.
3. Lõigake jala esiossa joonistatud piirjooned välja. (Jälgige, et te ei lõikaks sisetalda liiga väikseks. Soovitame esialgu lõikamisel väike varu jätta, seejärel sisetalda proovida ning siis vajaduse korral veel väiksemaks lõigata.)
4. Asetage mõlemad sisetallad ErgoPad run & walk (vasak / parem on märgitud sisetaldade tagumisele küljele) oma jalanõudesse.

Termiline vormimine (d)
Erandlikel juhtudel võib olla vaja sisetaldu spetsialistiga nõu pidades termiliselt teie jalakujule kohandada.
1. Pärast sisetaldade ErgoPad run & walk parajaks lõikamist kuumutage need ahjus temperatuurini 90 °C / 200 °F.
2. Pange sisetallad (puhtal alusel, kattega allapoole) umbes kaheks minutiks ahju.

⚠ **Põletusoht! Kandke sisetaldade ahjust väljavõtmisel kaitsekindaid.**

3. Asetage sisetallad kohe pärast ahjust väljavõtmist jalanõudesse.
4. Pange jalanõud viivitamatult jalga (sukkadega).
5. Seiske nüüd kaks minutit sirgelt paigal, jalad õlgade laiuselt harki ja varbad otse.

Teie sisetallad on nüüd teie jalakuju järgi kohandatud.

Materjali koostis
Muudetud kopolüester (PET), Polüuretaan (PUR), Polüester (PES)
MD – Medical Device (Meditsiiniseade)
UDI – Andmemaatriksi kvalifitseerija UDI-na

Teave seisuga: 2025-09

[1] Spetsialist on isik, kellel on selles riigis või asutuses kehtivate regulatsioonide ja muude nõuete järgi õigus kohandada ortopeedilisi abivahendeid ja juhendada nende kasutamist. Tootjana soovitame tungivalt, et sellisel isikul oleks ortopeediaalane väljaõpe või võrreldavad omandatud pädevused ning ortopeediaalane taristu.

lv latviešu

Cienījamais pacient!
Lūdzu rūpīgi izlasiet un ievērojiet **lietošanas pamācību** un jautājumu gadījumā jautājiet savam ārstam, specializētās tirdzniecības vietās vai mūsu klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem pa telefonu +49 (0) 800 0010530 (bez maksas Vācijas robežās) vai e-pastu info@bauerfeind.com.

Mērķis
ErgoPad run & walk ir medicīnas produkts pēdām. Atbalstošais supinators paaugstina sporta apavu nēsāšanas komfortu un stabilizē atmugurisko kustību sportisku aktivitāšu laikā. Paredzēti: Skriešanai, pārgājieniem, pastaigām.

Indikācijas
Supinatoru ErgoPad run & walk var izmantot preventīvai un papildu terapijai ar sportu saistītu pārslodžu sūdzību novēršanai:
• Nespecifiski pēdas pārslogojumi;
• Papēža sāpes;
• Problēmas ar Ahilleja cīpslu;
• Problēmas ar lielo apakšstilba kaulu;
• Sūdzības par ceļiem.
Papildu lietošanas nozare ir sporta radītu traucējumu novēršana un papildu terapija pacientiem ar pēdas deformācijām:
• Viegliem līdz stipriem plakanās pēdas gadījumiem;
• Dobo pēdu gadījumiem vieglā formā.

Riska iespēja izstrādājuma lietošanas laikā
⚠ Uzmanību: Pirms supinatora lietošanas konsultējieties ar ārstu vai kvalificētu speciālistu[1].
Ja apavu iekšpusē nav pietiekami daudz vietas pēdai un izvēlētajam supinatoram vai arī supinatori tiek izmantoti nepareiza garuma un platuma apavos (vai vaļēja tipa apaviem trūkst sānu atveres), var rasties ar piegulšanu saistītas problēmas (cieša un spiedoša sajūta, berze).
Ja pēdas sniedzas pāri supinatora malām, uz pēdām var rasties tulznas vai ādas sabiezējumi. Tas pats var notikt, ja virsmas vai polsterējuma materiāls mehāniskas pārslodzes dēļ kļūst caurumains, sakrokojas vai pārlūst. Šādā veidā sabojātus supinatorus nedrīkst turpināt nēsāt!

Kontrindikācijas
Diabēta slimniekiem un personām ar reimatoīdām pēdas deformācijām pirms šī izstrādājuma lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu, lai nodrošinātu optimālu ārstēšanu.

Izmantošanas norādījumi
Supinatoru lietošanai ir piemēroti apavi, kam ir pietiekami plaša iekšpuse, lai tajā ietilptu gan pēda, gan arī izvēlētais supinators (pietiekams apavu garums / platums, kā arī, ja nepieciešams, izņemama, pietiekami bieza polsterēta zole, vaļēja tipa apaviem - supinatora sānu atvere). Nekādā gadījumā neizmantojiet neērtus un pārāk ciešus apavus. (a)
Ja ārstēšanai tiek izmantoti stabili skriešanas apavi, tie jānovērtē kvalificētiem speciālistiem, lai novērstu pārmērīgu korekciju.
Izvēloties supinatoru izmēru, ņemiet vērā, ka uz iepakojuma esošās norādes ir vispārīgas. Tāpat kā piemērotiem apaviem, arī supinatoriem ir jābūt par vismaz 1 cm garākiem par pēdas garumu, kad tā atrodas stabilā pozīcijā un ir noslogota. Lūdzu, pārbaudiet nepieciešamo garumu abām pēdām, jo iespējamas garuma atšķirības. Ja ir novērojamas atšķirības, izmēru nosaka pēc garākās pēdas. (b)
Supinatoram apavā ir jāatrodas taisni un jāveido pēc iespējas lielāks saskares laukums ar apava saistzoli. No pēdas viedokļa, ir vajadzīgs ieliktņa sānu kontakts ar apava augšējo daļu, lai ierobežotu nospiedumu un čūlu veidošanās risku uz ādas pēdas pamatnē. (c)
Supinatori vienmēr jāvalkā pa pāriem! Izņēmuma gadījumus nosaka ārstējošais ārsts.
Izstrādājums ir paredzēts individuālai lietošanai tikai vienam pacientam(-tei).
Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai uz pēdām nav redzamas nospiedumu vietas, apsārtums u.tml. izmaiņas, ko izraisījuši supinatori. Ja pieaug diskomforts un rodas izmaiņas, pārtrauciet supinatoru lietošanu un sazinieties ar kvalificētu speciālistu[1] vai savu ārstējošo ārstu.
Ienēsāšanas fāze: līdzīgi kā citi medicīniskie palīglīdzekļi, supinatori ErgoPad run & walk pirmajā nēsāšanas reizē var šķist mazliet nepierasti. Tādēļ ieteicams sākotnēji nēsāt supinatorus aptuveni 1 stundu un pamazām pagarināt nēsāšanas ilgumu, līdz supinatori ir ērti. Ienēsāšanas periodam nav jāilgst vairāk par aptuveni vienu nedēļu. Ja pēc šī perioda nēsāšanas laikā nepatīkamā sajūta turpinās, griezieties pie kvalificēta speciālista.
Kad supinatori ir nēsāti aptuveni pusgadu, kvalificētam speciālistam jāpārbauda to funkcionalitāte.

Tīrīšanas norādījumi
Mazgājiet ErgoPad run & walk ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot ziepes un remdenu ūdeni. Ļaujiet supinatoriem izžūt dabiski. Neizmantojiet ārējus siltuma avotus (piemēram, apsildes ierīces, fēnus vai tiešu saules gaismu). Supinatori nav paredzēti mazgāšanai veļasmašīnā.
Nelielā daudzumā drīkst izmantot (uzsmidzināt) saudzīgus, cilvēka ādai paredzētus dezinfekcijas līdzekļus. Lietojot šos līdzekļus, iespējama virsmas materiālu krāsas maiņa.

Pielietošana
Supinatori jānēsā piemērotos apavos, un, tos lietojot, jānēsā zeķes.

Norādījumi par atkārtotu izmantošanu
Izstrādājums ir paredzēts individuālai lietošanai tikai vienam pacientam(-tei).

Garantija
Ir piemērojams tās valsts tiesiskais regulējums, kurā izstrādājums ticis iegādāts. Ciktāl attiecināms, ir piemērojami valstī spēkā esošie garantijas noteikumi attiecībā uz tirgotāju un patērētāju saistībām. Garantijas gadījumā, lūdzu, vispirms vērsieties tieši pie tā uzņēmuma, no kura iegādājāties izstrādājumu.
Lūdzu, neveiciet nekādas izstrādājuma izmaiņas. Īpaši tas ir attiecināms uz individuāliem pielāgojumiem, ko veikuši tehniskie speciālisti. Lūdzu, ievērojiet norādījumus par lietošanu un kopšanu. Šo norādījumu pamatā ir ilgu gadu pieredze, un to ievērošana nodrošina mūsu medicīniskā izstrādājuma ilgu lietošanas laiku. Tikai optimāli lietojami palīglīdzekļi sniegs jums atbalstu. Turklāt norādījumu neievērošana var ierobežot garantiju.
Supinatoru izmantošanas laikā iespējama neliela krāsas maiņa, it īpaši supinatoru pārvalku izbalēšana. To ietekmē dažādi faktori, piemēram, mitruma līmenis un zeķu materiāls. Krāsas maiņa nav pamats garantijas prasības celšanai.

Norādījumi par fiksāciju
Neveiciet pašdiagnozi vai pašārstēšanos, ja vien neesat speciālists[1]. Pirms pirmās mūsu medicīniskās ierīces lietošanas reizes noteikti lūdziet ārsta vai speciālista[1] padomu, jo tikai tā iespējams novērtēt mūsu izstrādājuma iedarbību uz jūsu ķermeni un attiecīgi uzzināt arī par riskiem izstrādājuma lietošanas laikā, ko rada individuālās ķermeņa īpatnības. Ievērojiet šī speciālista ieteikumus, kā arī visus šajā brošūrā vai tās – tiešsaistes versijā – arī fragmentos – sniegtos norādījumus (t. sk. tekstus, attēlus, grafikas utt.).
Ja pēc konsultēšanās ar speciālistu joprojām šaubāties, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, izplatītāju vai tieši ar mums.

Pienākums ziņot
Pamatojoties uz reģionālajām, ar likumu noteiktajām prasībām, ir nekavējoties jāziņo šīs medicīniskās ierīces ražotājam, kā arī vietējai kompetentajai iestādei par katru šīs medicīniskās ierīces lietošanas laikā notikušo negadījumu (Vācijas: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - vācijas zāļu un medicīnisko ierīču institūtam). Mūsu kontaktdatus atradīsiet šīs brošūras aizmugurē.

Utilizēšana
Likvidējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Apstrādes norādījumi
Pielāgošana:
Par optimālu izmēru tiek pieņemts supinatora, tāpat kā kurpes, garums, kas ir par 1 cm lielāks nekā pēdas garums, stāvot stabilā pozīcijā (b). Ja supinatoru izmērs neatbilst apaviem, tos var piegriezt vai termiski pārveidot. Lūdzu, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.
Piegriešana:
1. Izņemiet pēdiņas no saviem sporta apaviem un uzlieciet tās uz supinatoriem ErgoPad run & walk.
2. Izlīdziniet papēžu daļas tā, lai tās atrastos precīzi viena virs otras, un pārzīmējiet pēdiņas kontūru uz sava supinatora ErgoPad run & walk.
3. Izgrieziet priekšējo daļu pa uzzīmēto kontūru. (Nenogrieziet pārāk daudz. Ieteicams vispirms nogriezt mazāk, piemērīt supinatorus un pēc tam nepieciešamības gadījumā piegriezt vēlreiz.)
4. Ielieciet supinatorus ErgoPad run & walk supinatorus savos apavos (kreisās / labās kājas norādes ir redzamas supinatora aizmugurē).

Termiskā formas pielāgošana (d)
Izņēmuma gadījumos pēc konsultācijas ar speciālistu[1] var būt nepieciešams supinatoru pielāgot pēdas formai, veicot termisko formas pielāgošanu.
1. Pēc supinatoru ErgoPad run & walk piegriešanas uzsildiet cepeškrāsni līdz 90 °C / 200 °F temperatūrai.
2. Ievietojiet supinatoru (ar virsmu uz leju uz tīra pamata) cepeškrāsnī uz aptuveni 2 minūtēm.

⚠ **Apdedzināšanās risks! Ņemot supinatorus ārā no krāsns, izmantojiet aizsargcimdus.**

3. Uzreiz pēc supinatoru izņemšanas no cepeškrāsns ielieciet tos apavos.
4. Nekavējoties uzvelciet apavus (izmantojiet zeķes).
5. Stāviet 2 minūtes taisni, novietojot pēdas plecu platumā un izlīdzinot tās taisni uz priekšu.

Supinatori ir pielāgojušies pēdu formai.

Materiāla sastāvs
Modificēts kopoliesters (PET),Poliuretāns (PUR), Poliesteris (PES)
MD – Medical Device (Medicīniska ierīce)
UDI – Datu matricas apzīmētājs, UDI

Informācija sagatavota: 2025-09

[1] Speciālists ir jebkura persona, kura saskaņā ar attiecīgajā valstī esošo likumdošanu vai iestādes noteikumiem, un citām prasībām, ir pilnvarota veikt ortopēdisko palīglīdzekļu pielāgošanu un sniegt norādes par to lietošanu. Kā ražotājs mēs stingri iesakām, ka šādai personai jābūt izglītībai ortopēdijā vai līdzvērtīgai iegūtai pieredzei, kā arī jābūt pieejamai ortopēdijas infrastruktūrai.

lt lietuvių

Gerb. paciente,
atidžiai perskaitykite **naudojimo instrukciją** ir iškilus klausimams, kreipkitės į savo gydantįjį gydytoją ar mūsų specializuotą parduotuvę arba mūsų techninės priežiūros centrą tel.: +49 (0) 800 0010530 (Vokietijoje skambučiai nemokami) arba el. paštu info@bauerfeind.com.

Paskirtis
ErgoPad run & walk yra pėdoms skirtas medicininis produktas. Tai yra atraminis įdėklas sportinės avalynės didesniam patogumui užtikrinti ir pėdai stabilizuoti, kai sportuojant atliekami atgaliniai judesiai. Tinka: bėgioti, keliauti pėsčiomis ir vaikščioti.

Indikacijos
ErgoPad run & walk įdėklas gali būti naudojamas kaip prevencinė ir pagalbinė gydomoji priemonė simptomams, susijusiems su sportuojant patiriama perkrova, šalinti. Įdėklas šalina:
• Nespecifinius pėdos perkrovos simptomus
• Kulno skausmus
• Achilo sausgyslės skausmus
• Blauzdos skausmai
• Kelio skausmai
Kita naudojimo sritis yra skausmo užsiimant sportu prevencija ir pagalbinė terapija, esant su pėdomis susijusių negalavimų:
• Pėda su šiek tiek arba vidutiniškai plokščiu skersiniu skliautu arba
• Šiek tiek įgaubta pėda

Naudojimo rizika
⚠ Atsargiai: Prieš pradedant naudoti įdėklus, būtina kreiptis į gydytoją arba specialistą[1].
Jei nepakanka vidinio avalynės tūrio pėdai ir pasirinktam įdėklui arba įdėklai naudojami netinkamo ilgio ir pločio avalynėje (arba atviroje avalynėje nėra įdėklo šoninio fiksavimo), gali pasireikšti su netinkama avalyne susijusių problemų (ankštumo ir spaudimo pojūtis, trintis).
Jei pėdos remiasi į įdėklų briaunas, ant padų gali susidaryti pūslių arba nuospaudų. Taip gali nutikti ir tuomet, jei dėl mechaninės perkrovos prakiurtų apmušalas ir (arba) amortizuojanti medžiaga arba juose susidarytų klosčių. Pažeistų įdėklų naudoti nebegalima!

Kontraindikacijos
Sergantieji diabetu ir asmenys, kuriems diagnozuota reumatinė pėdų deformacija, prieš naudodami šį gaminį privalo konsultuotis su gydytoju, kad būtų užtikrintas optimalus gydymas.

Nurodymai naudotojui
Įdėklams naudoti tinkančioje avalynėje turi pakakti vietos (vidinis tūris) pėdai ir pasirinktam įdėklui (pakankamas avalynės ilgis / plotis, išimamas, pakankamai storas minkštas vidpadis, pakankamas įdėklo šoninis fiksavimas atviroje avalynėje). Reikia vengti nepatogios, pėdą spaudžiančios avalynės. (a)
Be to, dėvint stabilizuojančius bėgimo batus būtina specialisto konsultacija, kad būtų išvengta galimos netinkamos korekcijos.
Pasirenkant įdėklų dydį, galima vadovautis ant pakuotės esančiais nurodymais. Kaip ir puikiai tinkanti avalynė, įdėklai turi būti bent 1 cm ilgesni už pastatytą apkrautą pėdą. Išmatuokite abiejų pėdų ilgį, nes jis gali skirtis. Iškilus abejonių, dydį rinkitės pagal ilgesnę pėdą. (b)
Įdėklas avalynėje turi gulėti tiesiai ir kuo didesniu plotu liestis su avalynės vidpadžiu. Pėdos pusėje įdėklas turėtų šonu liestis prie avalynės aulo, kad sumažėtų nuospaudų ir pūslių susidarymo ant padų odos rizika. (c)
Visada naudotina įdėklų pora! Išimtis turi nustatyti gydantis gydytojas.
Gaminys skirtas individualiam vieno paciento gydymui.
Reguliariai tikrinkite, ar naudojant įdėklus ant pėdų nesusidarė nuospaudų ir kitų pokyčių, ar oda neparaudo. Jei daugėja skundų ir jaučiate sveikatos pokyčius, nutraukite įdėklo naudojimą ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą[1] arba gydytoją.
Pripratimo fazė: kaip ir naudojant daugelį pagalbinių medicinos priemonių, gali būti, kad pirmą kartą avėdami batus su ErgoPad run & walk jausitės neįprastai. Todėl rekomenduojame pradėti avėti 1 val. ir palaipsniui tą trukmę didinti, kol įdėklą bus patogu naudoti. Pripratimas neturi trukti ilgiau nei vieną savaitę. Tačiau, jei po to vis dar juntate nemalonų jausmą, kreipkitės į specialistus.
Maždaug po pusės metų nešiojant įdėklus specialistai privalo patikrinti jų funkcionalumą.

Valymo nurodymai
Plaukite ErgoPad run & walk rankomis 30 °C temperatūroje muilu ir drungnu vandeniu. Leiskite įdėklams išdžiūti ore. Nedžiovinkite jokiais išoriniais šilumos šaltiniais (pvz., padėję ant radiatoriaus, plaukų džiovintuvu arba tiesioginiuose saulės spinduliuose). Neskalbkite įdėklų mašina.
Galima naudoti (užpurkšti) šiek tiek švelnios, žmogaus odai tinkančios dezinfekavimo priemonės. Dezinfekuojant gali šiek tiek pasikeisti apmušalo medžiagos spalva.

Naudojimo vieta
Tinkamą avalynę su įdėklais reikia avėti mūvint kojines.

Nurodymai dėl pakartotinio naudojimo
Gaminys skirtas individualiam vieno paciento gydymui.

Garantija
Galioja šalies, kurioje įsigijote produktą, teisės aktai. Kiek reikalinga, prekybininko ir pirkėjo santykiams taikomos šalies taisyklės, susijusios su garantija. Prireikus pasinaudoti garantija, pirmiausia kreipkitės tiesiai į prekybininką, iš kurio įsigijote produktą. Patys neatlikite jokių produkto keitimų. Tai ypač galioja specializuotų darbuotojų atliktiniems keitimams. Vadovaukitės mūsų naudojimo ir priežiūros nurodymais. Jie paremti mūsų ilgamete patirtimi ir užtikrina ilgą mūsų medicininių produktų funkcijų veikimą. Tik optimaliai veikiančios pagalbinės priemonės palengvina Jūsų darbą. Be to, nesilaikant nurodymų apribojamas garantijos galiojimas.
Naudojant įdėklus, jų spalva gali pasikeisti, t. y. gali išblukti įdėklų apmušalai. Tai priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz., drėgmės ir kojinių medžiagos. Tai nėra pagrindas pareikšti pretenzijas pagal garantiją.

Nurodymai dėl atsakomybės
Jei nesate specialistas[1], neužsiimkite savidiagnostika ir savigyda. Prieš pirmą kartą naudodami mūsų medicininį produktą aktyviai konsultuokitės su gydytoju arba specialistais[1], kadangi tai yra vienintelis būdas įvertinti mūsų gaminio poveikį jūsų kūnui, nustatyti naudojimo riziką, atsirandančią dėl individualaus kūno sudėjimo. Laikykitės specialistų patarimų ir šiame dokumente arba internetiniame pristatyme pateiktų nurodymų, įskaitant ir ištraukas (taip pat: tekstų, paveikslėlių, grafikos ir t. t.).
Jei po konsultacijų su specialistais vis dar turite abejonių, kreipkitės į savo gydytoją, pardavėją arba tiesiogiai į mus.

Pareiga pranešti
Remiantis regioniniais teisės aktais, privalote nedelsdami pranešti apie bet kokį rimtą incidentą, įvykusį naudojant šį medicininį produktą, tiek gamintojui, tiek kompetentingai medicininių produktų institucijai (Vokietijoje: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - federaliniam vaistų ir medicininių produktų institutui). Kontaktiniai duomenys pateikti šio lankstinuko paskutiniame puslapyje.

Šalinimas
Gaminį galite išmesti laikydamiesi nacionalinės teisės aktų normų.

Apdorojimo nurodymai
Pritaikymas:
Optimali kontūrų forma - tai maždaug 1 cm ilgesnis įdėklas arba batas, palyginti su pėdos ilgiu stovint (b). Jeigu nėra jūsų batams tinkamo dydžio įdėklų, juos galite iškirpti arba performuoti termiškai. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Iškirpimas:
1. Išimkite sportinių batų įdėklus ir uždėkite juos ant ErgoPad run & walk.
2. Išlygiuokite kulnų dalis taip, kad jos būtų tiksliai vienos virš kitų ir ant ErgoPad run & walk pažymėkite batų įdėklo kontūrą.
3. Kirpkite išilgai pėdos priekyje pažymėtos kontūro linijos. (Neiškirpkite per mažo įdėklo. Rekomenduojame iš pradžių nukirpti mažiau, išbandyti įdėklą ir prireikus nukirpti dar.)
4. Įdėkite ErgoPad run & walk porą į batus (kairioji ir dešinioji pusės pažymėtos galinėje įdėklų pusėje).

Terminis performavimas (d)
Išimtiniais atvejais, pasikonsultavus su specialistais, gali prireikti pritaikyti įdėklus prie kojų formos, juos termiškai performuojant.
1. Iškirpę ErgoPad run & walk, įkaitinkite orkaitę iki 90 °C (200 °F).
2. Įdėkite įdėklus maždaug 2 minutėms į orkaitę (apmušalu žemyn ant švaraus pagrindo).

⚠ **Pavojus nudegti! Norėdami išimti įdėklus iš orkaitės, visada užsimaukite apsaugines pirštines.**

3. Kai tik įdėklus išimsite iš orkaitės, nedelsdami įdėkite juos į batus.
4. Tada iš karto apsiaukite batus (mūvėdami kojines).
5. Stovėkite 2 minutes tiesiai, pastatę pėdas pečių plotyje ir pasisukę į priekį.

Dabar įdėklai pritaikyti prie Jūsų pėdų formos.

Medžiagos sudėtis
Modifikuotas kopoliesteris (PET), Poliuretanas (PUR), Poliesteris (PES)
MD – Medical Device (Medicininis prietaisas)
UDI – Duomenų matricos identifikatorius kaip UDI

Informacija parengta: 2025-09

[1] Specialistai – tai visi asmenys, turintys teisę pritaikyti ir mokyti naudotis ortopedinėmis pagalbinėmis priemonėmis pagal galiojančius valstybės ar institucijų teisės aktus ir kitus reikalavimus. Kaip gamintojas, primygtinai rekomenduojame, kad tokius asmuo turėtų ortopedinį išsilavinimą arba panašių įgytų įgūdžių, taip pat ortopedijos techninių priemonių infrastruktūrą.

ja 日本語

患者の皆様へ
取扱説明書をよくお読みになり、ご質問などあれば主治医またはご利用先専門店にお問い合わせいただくか弊社のカスタマーサービスに電話番号+49 (0) 800 0010530 (ドイツ国内はフリーダイヤル) またはinfo@bauerfeind.comにお問い合わせください。

用途
ErgoPad run & walkは足用の医療製品です。本製品は、スポーツシューズの履き心地を高め、スポーツをする際に後足の動作の安定をサポートするパッドです。具体的な用途:ランニング、ハイキング、ウォーキング。

適応症例
インサートであるErgoPad run & walkは、スポーツ特有の過負荷に起因する痛みの予防と付随する治療に使用できます。
• 足の不特定過負荷による痛み
• 踵の痛み
• アキレス腱の痛み
• 向う脛の痛み
• 膝の痛み
もう1つの使用領域は、スポーツ中の足の形に起因する痛みの予防と付随する治療です。
• 軽度から重度の扁平足/開張足、または
• 軽度のハイアーチ

ご使用によるリスク
⚠ 注意:インソールの使用/利用前に医師または専門技能者[1]にご相談ください。
使用できる靴内部のスペースが足および選択したインソールに対して足りない場合、または、長さや幅が合わない(あるいは、開いている靴のタイプで側面のガイドがない)靴にインソールを入れる場合は、フィットの問題(窮屈感、圧迫感、擦れ)を取り除くことはできません。
インソールの端に足が当たると、足の裏に水疱や角質層ができる場合があります。物理的な過負荷によって、カバーやクッション材に穴が開いたり、皺ができた場合、あるいは破れた場合にも、同じことが予想されます。そのような損傷したインソールは、それ以上着用しないでください。

禁忌症例
糖尿病患者やリウマチにより足の変形がある人は、最適な治療を保証するために、本製品の使用前に医師の診察を受ける必要があります。

使用上の注意
インソールを使用する靴には、足のためにも選んだインソールのためにも十分な内部スペースがなければなりません(十分な靴の長さ/幅、場合によっては取外し可能で十分な厚さのクッション材インソール、開いている靴のタイプでのインソールの側面ガイド)。足が窮屈な履き心地の悪いものは絶対に避けてください。(a)
さらに、しっかりした運動靴を使用する場合は、「過剰矯正」が生じないようにするため、専門技能者による判断が必要です。
インソールのサイズ選択に関しては、単純にパッケージの注意事項が参考になります。正しく合った靴と同様に、インソールは立った状態で負荷がかかっている足よりも1cm以上長くなければなりません。長さの違いが存在する可能性があるため、両足について長さの追加分を確認してください。判断しかねる場合は、長いほうの足を基準のサイズとします。(b)
インソールは靴の中でまっすぐになっていて、可能な限り広い面積が靴の内底に接触している必要があります。また、インソールが靴内部で側面の部分と接触しておりますと、足裏の皮膚で圧迫される箇所や水疱のできるリスクが抑制されるというメリットがあります。(c)
インソールは必ず両足に着用してください。例外については、担当医師が確認する必要があります。
本製品は、お一人の患者様のみにご使用いただく設計となっております。
足に圧迫箇所、発赤やその他の(インソールが原因となっている)変化がないか定期的にチェックしてください。使い心地が悪い状況が増えたり、変化が目につく場合は、インソールのご使用をお止めになり、専門技能者またはご利用先の専門店にご相談ください。
順応段階:殆どのインソールや装具の場合と同様に、ErgoPad run & walkも初めの着用時には少し違和感を感じる場合があります。そのため、着用時間を1時間程度から始めて、インソールを快適に着用できるようになるまで、少しずつ長くしていくことをお勧めします。基本的に、順応するまでに1週間以上かかることはありません。一週間経ってもまだ履き心地が悪く感じられる場合は、専門技能者にご相談ください。
着用して約半年経ったら、インソールの機能性に関して専門技能者に点検を依頼してください。

お手入れについて
ErgoPad run & walkは、石鹸と30 °Cのぬるま湯で手洗いすることができます。インソールを自然乾燥させてください。外側を熱くするもの(暖房器具、ヘアドライヤーまたは直射日光)を使用しないでください。インソールは洗濯機での洗濯には適していません。
人の肌に適した低刺激の消毒液を少量使用する(吹きかける)ことができます。その際、カバーの生地の変色を避けることはできません。

装着箇所
インソールは、適切な靴に入れて、ストッキングや靴下を履いた状態で着用してください。

再使用に関するご注意
本製品は、お一人の患者様のみにご使用いただく設計となっております。

保証
法律の規定は、製品をご購入いただいた国のものを適用いたします。
保証の関連では、その国固有の規則で、ご購入者様と代理店との間に適用されるものがございましたら、関係する範囲で、それを適用いたします。保証をご請求いただけるケースに該当すると思われる場合は、最初に、製品をご購入いただいた先へ直接、お申し出ください。
ご自分で製品に改造を加えることは、おやめください。この点は、特に専門の技能者が行う、個別の適合処置に適用いたします。取扱いとお手入れに関して、当社からお知らせする注意事項をお守りください。当社からお知らせする注意事項は、当社の長年にわたる経験に基づいており、医療上の効能を発揮する、当社製品の機能を長期間にわたって、お約束するものです。
皆様をサポートできるのは、万全に機能を発揮する装具をおいて、他にはないというのがその理由です。
上記の他、注意事項をお守りにならなかった場合は、保証をご請求いただけないことがございます。
インソールをお使いになる期間中は変色がみられ、特にインソールの挿入カバーに色あせの出ることがあります。こうした変色の出方を左右する因子は様々あり、含まれる水分の量、ソックスやストッキングの材質がその例です。こうした変色を理由とする保証はお断りいたします。

免責事項
専門技能者[1]でない限り、自己診断や自己治療を行わないでください。医療製品を初めてご使用になる前に、医師または専門技能者[1]の診断を積極的に受けてください。それが、当社製品の身体への影響を評価し、個人の体質による使用に伴うリスクを判断する唯一の方法です。この専門技能者によるアドバイス、および本資料 またはそのオンライン情報(部分的なものも含む)のすべての注意事項(テキスト、画像、グラフィックなども含む)に従ってください。
専門技能者にご相談の上、ご不明な点がございましたら、担当のお医師様、販売店、または当社まで直接お問い合わせください。

届出義務
地域の法規制により、本医療製品使用の際に重大な事由が生じた場合は、製造元および医療製品を管轄する当局の両方に遅滞なく届け出る義務があります(ドイツでは:Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - 連邦医薬品医療製品研究所)。当社の連絡先はこのパンフレットの裏面に記載されています。

廃棄
この製品は、お住まいの国の法律が定める規定に則って廃棄処分いただけます。

加工上の注意
はめ込む:
最適なフィットの状態では、立った状態の足に比べたインソールまたは靴の長さの追加分は約1cmと理解することができます(b)。インソールのサイズが靴に合っていない場合は、インソールをカットするか、熱でことができます。以下の説明に従って作業してください。
カットする:
1. インソールをスポーツシューズから取り出し、ErgoPad run & walk の上に置きます。
2. 踵の部分がぴったりと重なるように位置調整し、インソールの輪郭をErgoPad run & walk に書き写します。
3. 前足部分で書き写した輪郭線に沿ってカットします。(インソールを小さく切りすぎないように注意してください。最初は少しだけ切り取り、インソールを試しに装着してから、必要に応じて再びカットすることをお勧めします。)
4. 両足分の ErgoPad run & walk を靴に入れます(左/右側はインソールの裏面に記されています)。

熱で成型する (d)
特殊な例では、専門技能者と話し合った上で、インソールを熱で変形させて足の形に合わせることが必要になる場合があります。
1. ErgoPad run & walk をカットした後、オーブンを 90 °C / 200 °F に暖めます。
2. (カバーを下に向けて清潔な敷物に載せた)インソールを約2分間オーブンに入れます。

火傷の危険があります。オーブンからインソールを取り出す際は、保護手袋を着用してください。

3. オーブンからインソールを出したらすぐに、靴の中に入れます。
4. その後すぐに靴を履きます(ストッキングや靴下を履いた状態で)。
5. 2分間まっすぐに立ちます。その際、足を肩幅に開いて立ち、足を前に向けます。

これで、インソールの足型成型が完了します。

素材成分
変性共重合ポリエステル(PET)、ポリウレタン(PUR)、ポリエステル(PES)
MD – Medical Device (医療装置)
UDI – DataMatrixをUDIとするマーキング

発行日:2025-09

[1] 専門技能者とは、適用される国または機関の規則およびその他の要件に従って、整形外科用補助具のマッチングおよび使用指導を行う権限を有するすべての人を指します。メーカーとしては、そのような人物は、整形外科のトレーニングを受けているか、それに匹敵する技術を習得しており、整形外科のインフラを持っていることを強く推奨します。